

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 18.07.2023

Město Nymburk
nám. Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Sp. zn.: S- KHSSC 37253/2023
Č. j.: KHSSC 37253/2023
Vyřizuje: Mgr. Klára Smetanová, DiS.
Tel.: 310 014 425
E-mail: klara.smetanova@khsstc.cz

Datum: 16. srpna 2023

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení „Evakuační výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk“ - závazné stanovisko

Na základě žádosti investora společnosti **Město Nymburk, nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 002 39 500** v zastoupení dle plné moci ze dne 21.06.2023 prostřednictvím zplnomocněnce společnosti **Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk IČO 287 62 886** (dále jen „Nemocnice Nymburk s.r.o.“) ze dne 18.07.2023, posoudila KHS jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, návrh projektové dokumentace pro účely sloučeného územního a stavebního řízení **„Evakuační výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk“** v rozsahu právní úpravy provedené § 3 a § 5 odst. 11 zákona a § 2 a 7 zákona č. 309/2006 Sb. Po zhodnocení předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení „Evakuační výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk“

se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorků vody. Rozbor bude proveden včetně odběrů vzorků akreditovanou nebo

autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozdějších předpisů.

2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
3. Před uvedením stavby do užívání bude předložen ke schválení aktualizovaný provozní řád zdravotnického zařízení v souladu s požadavky § 15 odst. 2) zákona

Odůvodnění:

Podáním ze dne 18.07.2023 byla Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze doručena žádost stavebníka o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro vydání územního a stavebního řízení „Evakuační výtah a stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nového evakuačního výtahu a stavební úpravy pavilonu A. Výtah bude přistavěn na západní straně pavilonu A v podobě obdélníkového tubusu. Výtahová šachta bude z železobetonové monolitické konstrukce v podzemní části a z bednicích tvárnic v nadzemní části. Výtahová šachta bude opatřena tenkovrstvou omítkou a bude-li to vyžadovat technologie výtahu, bude výtahová šachta zateplena minerální izolací. Výtah je navržen atypický se dvěma možnostmi výstupu/vstupu s možností výstupu evakuace pomocí lůžkového výtahu. Pro běžný provoz bude výtah využívat pouze stanice ve stávající budově.

Předsín výtahu bude opatřena automatickými, jednokřídlými, částečně prosklenými, požárními dveřmi. Ostatní nově zabudované dveře budou posuvné nebo otevírané mechanicky.

Na nové podlahy bude položena podlahová krytina v podobě zátěžového PVC vhodného do zdravotnického zařízení tj., odolné vůči čistícím a dezinfekčním přípravkům. Povrchy budou opatřeny olejovým nátěrem, omyvatelnou a ošetravzdornou malbou.

V suterénu dojde k zazdění několika oken v obvodové stěně.

V 1.PP, kde je umístěna lůžková část ORL oddělení, bude zrušeno WC pro pacienty (místnost č. A.024), bude využito dalších WC místností umístěných na oddělení ORL.

V 1.NP a 2.NP je umístěna lůžková část chirurgického oddělení. V 1.NP vybudováním výtahové šachty bude zrušena sesterna (místnost č. A.112), která se přesune do místnosti č.A141 (dle PD využívána taktéž jako sesterna), nevyužitý prostor vedle výtahové šachty bude využit jako sklad.

V 2.NP bude zrušena místnost č. A.237 (pracovna vrchní sestry), která bude přesunuta do pavilonu B místnost č. B.216, která je t.č. využívána jako jednolůžkový pokoj.

3.NP je vyčleněno pro lůžkovou část gynekologicko-porodnického oddělení, kde dojde ke zrušení místnosti č. A.333 (WC+sprcha), která slouží t.č. pro pacienty hospitalizované na pokoji č. A.339 (bez vlastního sociálního zázemí na pokoji). Dle předložené PD bude využíváno hygienické zázemí pro pacienty z pokoje č. A.339 v druhé části gynekologicko-porodnického oddělení. **Vzhledem k tomu, že je třeba mít na zřeteli zdravotní stav pacientů umístěných na pokoji č. A.339 je tato vzdálenost zmiňovaného pokoje a do budoucna využívaného hygienického zázemí nepřijatelná, proto bude podmínkou vydání souhlasného závazného stanoviska, vybudování vlastního sociálního zázemí na pokoji č. A.339 ve obdobném rozsahu jako je na pokoji č. A.340.** Vzhledem k tomu, že vestavbou hygienického zázemí předmětného pokoje, dojde k zásahu do rozvodů pitné vody (i kanalizace) novými přípojkami pro sprchu, umyvadlo a WC, bude třeba její kvalitu ověřit předložením vyhovujícího výsledku mikrobiologického rozboru vzorku pitné

vody (odběr z nové přípojky umyvadla) – podmínka č. 1 závazného stanoviska, uložená v rámci zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody dodávané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky 252. Podmínka uvedená v bodě č. 2 závazného stanoviska pak vyplývá z § 5 odst. 11 téhož zákona.

Venkovní úprava bude spočívat zejména v úpravě pochozí zpevněné plochy v místě nástupu do výtahu.

Stavební práce budou probíhat v denních hodinách. Bourací a stavební práce budou prováděny v takovém režimu, aby nenarušily chod nemocnice a zároveň, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb byla v souladu s nařízením.

Rekonstruovaná část bude ve vnitřním prostoru zajištěna neprůchodnou stěnou z SDK materiálu tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu zamezení prašnosti a hluchosti

Podmínka č. 3 ve výrokové části je stanovena v souladu s ustanovením § 15 odst. 2) zákona, dle kterého je poskytovatel zdravotních služeb povinen stanovit v provozním řádu hygienická a protiepidemická opatření k předcházení a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí. Provozní řád schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Budou předloženy provozní řády jednotlivých ordinací.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat **kladné stanovisko**.

v z. Mgr. Klára Smetanová, DiS.
odborný rada v oddělení protiepidemickém
pro okresy Kolín a Kutná Hora

MUDr. Simona Tichá
zástupce vedoucí oddělení protiepidemického
pro okresy Mělník a Nymburk

Rozdělovník
Adresát - DS
EPID – a.a.