

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Jednorázový ochranný oděv**

Část: **část 9: Pláště operační standart**
nadlimitní otevřené řízení
dodávky

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 9.2.2024

Dobrý deň prajem.

Bude, prosím, zadávateľ akceptovať plášte od viacerých výrobcov. Samozrejme za podmienky zdokladovania požadovaných parametrov na všetky plášte.

Ďakujem.

ODPOVEĎ ZADAVATELE

Zadavateľ nezakazuje účastníkom dodávať položky od viacerých výrobcov. Účastník však musí počítať s tým, že ke každému takejto položke musí do svojej ponuky priložiť takéto dokumenty, ktorými účastník dokáže zadávateľom požadovanú špecifikáciu a ďalej uviesť názvy výrobcov do Prílohy č. 1 zadávací dokumentácie (list danej časti, stĺpec „O“).

DOTAZ Č. 2 ze dne 9.2.2024

Dobrý den,

zasíláme dotaz k části 9: Pláště operační standart.

Zadavatel u operačního pláště velikosti XL stanovil minimální délku 145 cm. Námi dodávané pláště velikosti XL mají délku 140 cm.

Bude zadavatel akceptovat u této velikosti délku pláště 140 cm?

ODPOVEĎ ZADAVATELE

Zadavateľ upravuje minimálnu dĺžku plášťu nasledovne:

vel. M min. dĺžka 115 cm
vel. L min. dĺžka 122 cm
vel. XL min. dĺžka 140 cm
vel. XXL min. dĺžka 145 cm

INFORMACE ZADAVATELE

S ohľadom na výše uvedené zadavateľ v tejto časti zadávacieho řízení **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tj. do 18.3.2024 do 10:00 hodin.**

Zadavatel k tomuto vysvětlení předkládá aktualizovanou Přílohu č. 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky, kterou je účastník povinen použít při podání své elektronické nabídky.

Příloha: Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně cenové nabídky_uprava4

V Nymburce dne dle el. podpisu

jednatelka