

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro analyzátor moči, včetně výpůjčky analyzátoru moči a veškerého příslušenství pro Nemocnici Nymburk s.r.o. II.**

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 26.8.2024

Vysvětlení ZD ze dne 22.8.2024 doplnilo do technické specifikace bod: „Příprava vzorků k mikroskopické analýze pomocí centrifugace“. Námi nabízený močový analyzátor pracuje přímo s nativní močí, před mikroskopickým vyšetřením není potřeba vzorek centrifugovat. Technické řešení nabízeného analyzátoru tedy významně usnadňuje práci laboratornímu personálu a máme za to, že jej lze považovat za nabídku technicky lepšího řešení.

Bude prosím zadavatel akceptovat i močový analyzátor, který nepotřebuje vzorek moči před mikroskopickou analýzou centrifugovat?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel nebude akceptovat takový analyzátor. Zadavatel požaduje obrazový výstup co nejvíce podobný obrazu močového sedimentu v mikroskopu v několika celých zorných polích.

INFORMACE ZADAVATELE

V souladu s § 98 zákona zadavatel v této části zadávacího řízení **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Nymburce dne 28.8.2024

Mgr. Lenka Číntalová
Obchodní náměstek