

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Mycí a dezinfekční automaty
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel:	Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo:	Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČO/DIČ:	28762886/CZ28762886

DOTAZ č. 1

Na prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že zadavatel do této doby používal přístroj, který nebyl vybavený kondenzátorem par. Ve specifikaci ale u nových přístrojů kondenzátor par požadovaný je. Tedy se chceme pouze ujistit, že zadavatel na tomto požadavku trvá. A pokud ano, tak zda zadavatel bude u nových přístrojů akceptovat zvýšení max. výšky až na 2400 mm, protože kondenzátor par je nástavba na základní konstrukci přístroje.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

ANO, zadavatel trvá na požadavku na kondenzátor par a upravuje maximální rozměry stavebního otvoru pro instalaci obou myček na VxŠ : 2500 x 2000 mm.

DOTAZ č. 2

Na prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že zadavatel do této doby používal přístroj o kapacitě mycí komory 10 DIN síť. Požaduje zadavatel u nových přístrojů stejnou kapacitu?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

ANO, zadavatel požaduje kapacitu mycí komory min. 10 DIN síť

DOTAZ č. 3

V technické specifikaci zadavatel požaduje základní vozík 2 ks. Není ale specifikováno kolika podlažní má tento vozík být.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Požadujeme 2 ks základní vozík 5podlažní k uložení OP instrumentária, min. 4 mycí ramena, kapacita min. 10 DIN síť.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona do **8. 10. 2024 do 10 hodin.**

Ing. Lenka Helclová, administrátor VZ

Příloha č. 1 – Upravená technická specifikace