

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

**Veřejná zakázka:** „Resuscitační přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Veřejná zakázka malého rozsahu

**Název zadavatele:** Nemocnice Nymburk s.r.o.  
**Sídlo:** Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk  
**IČO / DIČ:** 28762886 / CZ28762886

### **DOTAZ Č. 1 ze dne 4.11.2024 08:59:52**

Vážený zadavateli,

dovolujeme si tímto podat doplňující dotazy, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 1 Zadavatel v TS v části 1 Defibrilátor požaduje splnění parametru:** „datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje s možností odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště např. na FTP server“.

Účastník předpokládá, že odesílání dat bezdrátově na centrální úložiště např. FTP server, zadavatel plánuje jako možnost volitelného rozšíření v budoucnu v kombinaci s modulem 4G/LTE, nebo modulem Wi-fi a že tato funkcionality nemusí být součástí cenové nabídky. Je tento předpoklad účastníka správný?

**Dotaz č. 2 Zadavatel v TS v části 1 Defibrilátor požaduje splnění parametru:** „monitorace EKG 3/5/12 svodů“. Účastník nabízí defibrilátor s monitorací EKG 3/4/12 svodů. Bude zadavatel akceptovat nabídku defibrilátoru s EKG 3/4/12 svodů?

Dle praktických a klinických zkušeností, má účastník za to, že se jedná o odchylku vůči požadavku zadavatele, která nemá žádný negativní vliv na medicínský účel zdravotnického prostředku (defibrilátor), pro který je pořizován.

**Dotaz č. 3 Zadavatel v TS v části 1 Defibrilátor požaduje splnění parametru:** „Z důvodu plánovaného školicího střediska pro vzdělávání lékařů a záchranářů ZZS SK požadujeme kompatibilitu se Systémy pro nepřímou srdeční masáž Lucas 3 výrobce Jolife AB, kterými disponuje ZZS SK.“

Účastník se domnívá, že se jedná o chybu zadavatele v ZD a že se tento požadavek vztahuje na část č. 2 této VZ. Je tento předpoklad účastníka správný?

Děkujeme předem za zodpovězení dotazů.

S pozdravem a přáním hezkého dne

### **ODPOVĚĚ ZADAVATELE:**

#### Dotaz č. 1 :

ANO, zadavatel požaduje možnost budoucího rozšíření o modul 4G/LTE nebo modul Wi-fi umožňující odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště např. na FTP server. Tato funkcionality nemusí být součástí cenové nabídky.

#### Dotaz č. 2:

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku defibrilátoru s EKG 3/4/12 svody

#### Dotaz č. 3:

ANO, ze strany zadavatele došlo k administrativní chybě a potvrzuje, že tento požadavek se vztahuje k TS na část č. 2 VZ – Systém pro nepřímou masáž srdce.

Zadavatel výše uvedené připomínky zohlednil v Příloze č. 1 – TS\_resuscitační přístroje\_část1\_opravená, tento dokument je i přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.1. a následně bude opravena i v Zadávací dokumentaci v elektronickém nástroji E-ZAK.

### **INFORMACE ZADAVATELE**

V souladu s § 98 zákona zadavatel v této části zadávacího řízení **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

Příloha č.1 – TS\_resuscitační přístroje\_část1\_oprava

V Nymburce dne 4.11.2024

**Mgr. Lenka Čintalová**  
Obchodní náměstek