

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: „Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 17.9.2025

Dobrý den,

v části 3 - Tampony prošívané (břišní roušky) u položky č.1 uvádí zadavatel ve sloupci D jako MJ = obsah 1 balíčku 5ks. Ve vysvětlení ZD č. 3 k dotazu uchazeče k části 3, Položce 2 zadavatel uvádí, že pro účel hodnocení nabídky požaduje nacenit 1 KS nabízeného produktu.

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, zda v případě části 3, položky č. 1 požaduje zadavatel uvést ve sloupci F cenu za 1 ks nebo za balení 5ks.

Stejný dotaz máme i k části 4 Tampony stáčené, položka 7.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel ve vysvětlení dotazu č. 3 reagoval na položku č. 2 které se týká nacenění za 1 ks. U položky 1 zadavatel požaduje ocenění 1 balení o obsahu 5 ks.

DOTAZ Č. 2 ze dne 17.9.2025

Vážený zadavateli,

v Příloze č. 1 ZD - Technická Specifikace včetně ocenění ÚPRAVA 160925, v tabulce Splnění minimálních požadovaných parametrů zadavatel požaduje, aby nabízené produkty splňovaly zdravotnickou směrnici 93/42 EHS a byly zdravotnickým prostředkem I.třídy.

V současné době všechny námi nabízené zdravotnické prostředky jsou certifikovány dle nové směrnice MDR 2017/745 (EU), z toho důvodu již není zadavatelem uváděná směrnice 93/42 EHS pro námi nabízené zdravotnické prostředky aktuální. Bude zadavatel akceptovat splnění směrnice MDR 2017/745 (EU)?

V části 3 ZD Tampony prošívané (břišní roušky), v tabulce Splnění minimálních požadovaných parametrů zadavatel požaduje, aby byly nabízené ZP třídy I.

Vzhledem k tomu, že předmětem části 3 jsou Tampony prošívané s RTG nití, které mohou být zařazeny

do třídy rizika IIa, žádáme zadavatele, aby upravil požadovaný parametr v tabulce Splnění minimálních požadovaných parametrů na třídu rizika min. I.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel **upravil** v příloze č. 1 – Technická specifikace včetně ocenění požadavek na splnění směrnice 93/42 EHS, kterou nahrazuje nová směrnice MDR 2017/745 (EU). Nově tedy zadavatel požaduje, aby nabízené produkty **splňovaly zdravotnickou směrnicí MDR 2017/745 (EU)**.

Zadavatel dále upravil v příloze č. 1 – Technická specifikace včetně ocenění v části č. 3, že nabízené produkty musí splňovat min. I. třídu rizika zdravotnického prostředku. Zadavatel tedy umožňuje nabídnout produkty zařazené do třídy rizika IIa.

INFORMACE ZADAVATELE

V souladu s § 98 zákona zadavatel v této části zadávacího řízení **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v části č. 3 a to do 30.9.2025 do 10:00 hod.**

Příloha č. 1- Technická specifikace včetně ocenění ÚPRAVA 22092025

V Nymburce dne 22.9.2025

Ing. Martin Vobr, M.A.

Obchodní náměstek