

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka: Dodávky materiálu pro inkontinenci a absorpci pro Nemocnici Nymburk
VZ 17/2025 veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1

Dobrý den, na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme požádat o upřesnění požadavku na rozměrové parametry plenkových kalhotek ve velikosti M.

Zadavatel uvádí požadovaný rozměr 70–110 cm, s tolerancí $\pm 15\%$.

Naše výrobky mají následující rozměry:

velikost M: 90–120 cm

velikost S: 60–90 cm

Vzhledem k tomu, že naše velikost M odpovídá spíše velikosti L dle zadávací dokumentace, zvažujeme nabídku velikosti S. U této však chybí 3,5 cm do požadovaného minimálního rozsahu.

Dotaz: Umožní zadavatel v rámci hodnocení nabídky větší odchylku v rozměrových parametrech, případně akceptaci velikosti S, která se blíží požadovanému rozsahu?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel při uvedení velikosti a rozměru pomůcky vychází ze své dosavadní praxe, pokud označení velikosti pomůcky u dodavatele přímo neodpovídá velikosti požadované v zadávací dokumentaci, rozměr výrobku však odpovídá požadovaným rozměrům, či je v toleranci rozměru $\pm 15\%$, který umožňuje zadavatel v zadávací dokumentaci, bude zadavatel takovou nabídku akceptovat.

DOTAZ Č. 2

Dobrý den, v příloze č. 1 zadavatel stanovil požadavky na minimální savost položek pro části č. 1, 3 a 5. ZD nespecifikuje způsob, jakým dodavatelé prokáží splnění požadované savosti.

Obvyklým a objektivním způsobem je doložení certifikátu z nezávislé laboratoře o splnění požadavků savosti dle normy ISO 11948-1 ke každému z nabídnutých produktů. V certifikátu musí být uveden unikátní kód výrobku, který je shodný s kódem na originálním balení výrobku, aby si zadavatel mohl na předložených vzorcích prověřit, že se předložený certifikát vztahuje k nabízenému produktu. Dovoluji si požádat zadavatele, aby z důvodu objektivní a kvality nabízených produktů upřesnil způsob doložení splnění savosti inkontinenčních pomůcek předložením certifikátu savosti z nezávislé laboratoře provedeným metodou ISO 11948-1.

Část 3 – Kalhotky natahovací (navlékací) Dovolujeme si požádat zadavatele o snížení požadavku na minimální savost u inkontinentních navlékacích kalhotek velikosti M na hodnotu 1.430 ml. (Požadavek ZD je 1.490 ml, nabídnutá pomůcka vel. M má jen o 4% nižší savost.)

Část 5 – Podložky absorpční Dovolujeme si tímto požádat zadavatele o upřesnění požadavku bodu č. 3 TS, že výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vztlínání tekutiny. Tuto kvalitativní vlastnost lze zajistit pouze obsahem superabsorbentu.

V takovém případě si dovoluujeme požádat o upřesnění bodu č. 5 TS ve znění: „Výrobek musí obsahovat superabsorbent, tento musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát“.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky nepožaduje předložení certifikátu savosti z nezávislé laboratoře provedeným metodou ISO 11948-1.

Splnění savosti u nabízeného zboží musí být zřejmé z přiložených technických (produktových) listů, resp. katalogu, který dodavatel předloží v rámci své nabídky s popisem a dostatečně přesnou specifikací nabízeného předmětu plnění pro každou nabízenou položku VZ.

Zadavatel upravuje požadavky pro část 3 - Kalhotky natahovací (navlékací) - u velikosti M uvádí minimální savost 1430 ml.

Zadavatel nebude upřesňovat požadavky pro část 5 - použití výrobku s obsahem superabsorbentu je umožněno.

DOTAZ Č. 3

Dobrý den,

Připustí zadavatel v části č. 6 rozměr 9cm x 34cm?

Připustí zadavatel v části č. 6 vložky mají na spodní straně fólii, která zabraňuje prosakování, a lepicí část, která umožňuje správné upevnění (zakrytou ochranným papírem, takže tato lepicí část nemusí být vůbec použita)

Připustí zadavatel v části č. 5 savost v gramech?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel v části 6 jako vyhovující připustí výrobek v rozměrech uvedených v zadávací dokumentaci, tedy rozměr 7-11 x 25-30 cm.

Zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí, že výrobek nesmí obsahovat neprodyšnou folii a lepicí část, tedy nabídka pomůcek s těmito vlastnostmi nebude považována za odpovídající požadavkům zadavatele.

Zadavatel požaduje uvedení savosti jednotně v ml a to z důvodu objektivního posouzení a možnosti porovnání podaných nabídek. Splnění savosti u nabízeného zboží musí být zřejmé z

příložených technických (produktových) listů, resp. katalogu, který dodavatel předloží v rámci své nabídky s popisem a dostatečně přesnou specifikací nabízeného předmětu plnění pro každou nabízenou položku VZ

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel uveřejňuje upravenou Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.11.2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

VZ17_2025 Příloha č. 1 Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizované k 10.11.2025

V Nymburce dne 10.11.2025