

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

**Veřejná zakázka:** Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.  
VZ 01/2026 veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

**Název zadavatele:** Nemocnice Nymburk s.r.o.  
**Sídlo:** Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk  
**IČO / DIČ:** 28762886 / CZ28762886

### **DOTAZ Č. 1**

*Dobrý den,*

- 1. V technické specifikaci, Příloha č. 1 - injekční jehly uvádíte jehly např. 1,2 x 38mm, 0,9 x 38mm apod. Budete akceptovat jehly s délkou 40mm (1,2 x 40mm) odchylka + nebo – 2mm?*

### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

**Zadavatel bude akceptovat jednorázové injekční jehly v rozměrech uvedených v zadávacích podmínkách, součástí je informace o možné toleranci odchylek délek jehel dle normy ČSN EN ISO 7864.**

### **DOTAZ Č. 2**

- 2. je nutné, se účastnit celé části č. 1 nebo je možné jen položkově? položky 14, 15 a 16 nepatří mezi odběrové jehly. Žádáme o vyjmutí těchto položek a zařadit je do jiné kategorie.*

### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

**Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že Dodavatel musí ocenit (nabízet) všechny stanovené položky (zdravotnický spotřební materiál) uvedené v příslušné části výběrového řízení (uvedené v daném listu Excelovské tabulky) Přílohy č. 1 ZD, na kterou účastník podává svou nabídku.**

**Zadavatel nevyhovuje žádosti o vyjmutí položek 14, 15 a 16 z části č. 1 Injekční jehly jednorázové, sterilní pro standardní použití**

V Nymburce dne 4. 3. 2026