

Příloha č. 3.1
 Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO

Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků

A) echokardiografu

Funkce/parametr	Hodnota	Vyplní uchazeč
modelové provedení přístroje není starší než 3 roky	<i>ano/ne</i>	
záruka min. 24 měsíců	<i>ano/ne</i>	
nastavitelná poloha ovládacího panelu ve 3 osách	<i>ano/ne</i>	
ovládací touchpanel	<i>ano/ne</i>	
2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TV	<i>ano/ne</i>	
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE	<i>ano/ne</i>	
M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase	<i>ano/ne</i>	
PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce,	<i>ano/ne</i>	
CW doppler, Barevné mapování, Barevný tkáňový doppler (TVI)(CFM), PW tkáňový doppler na kardio-sondě	<i>ano/ne</i>	
Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod nebo kontrastních látek	<i>ano/ne</i>	
Automatická optimalizace 2D obrazu, TGC a dopplera, kontinuální optimalizace obrazu	<i>ano/ne</i>	
Mechanické nastavení TGC	<i>ano/ne</i>	
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních	<i>ano/ne</i>	
Kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů	<i>ano/ne</i>	

Příloha č. 3.1
 Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO

B) ultrazvuku

Funkce/parametr	Hodnota	Vyplní uchazeč
modelové provedení přístroje není starší než 3 roky	<i>ano/ne</i>	
záruka min. 24 měsíců	<i>ano/ne</i>	
nastavitelná poloha ovládacího panelu ve 3 směrech	<i>ano/ne</i>	
ovládací touchpanel	<i>ano/ne</i>	
2D, MM, , CFM, PDI, PW, , CW	<i>ano/ne</i>	
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách	<i>ano/ne</i>	
Automatická optimalizace 2D obrazu, TGC a dopplera, kontinuální optimalizace obrazu	<i>ano/ne</i>	
Mechanické nastavení TGC	<i>ano/ne</i>	
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních	<i>ano/ne</i>	
Kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů	<i>ano/ne</i>	

Upozornění pro uchazeče: V případě, že některý nabízený přístroj nesplní kteroukoli z výše uvedených technických podmínek (tzn. odpověď bude „ne“), bude nabídka automaticky vyřazena.

Podpis uchazeče