

Electric Medical Service, s.r.o.
IČ: 49970267
Ledce 74
664 62 Ledce

Věc: Dodatečné dotazy ke specifikaci předmětu veřejné zakázky: „Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO“ zadavatele Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci části „A) Echokardiograf vyšší střední třídy určený pro kardiovaskulární aplikace interního oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.“ zadavatel požaduje následující:

- Mechanické nastavení TGC

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který má možnost modernějšího způsobu elektronického manuálního nastavení TGC na dotykovém ovládacím panelu? Tato možnost přináší řadu výhod i při automatické optimalizaci TGC ve srovnání s mechanickým nastavením. Všechny ostatní požadavky z technické specifikace přístroj splňuje.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci části „B) Ultrazvukový přístroj určený pro ambulantní vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.“ zadavatel ve své specifikaci požaduje následující:

- Výškově nastavitelný ovládací panel ve třech směrech

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který nemá výškově a stranově nastavitelný ovládací panel? Všechny ostatní požadavky z technické specifikace přístroj splňuje.

Dotaz č. 3


V technické specifikaci části „B) Ultrazvukový přístroj určený pro ambulantní vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.“ zadavatel ve své specifikaci požaduje následující:

- Ovládací touchpanel

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který nemá touchpanel, je tedy ovládán přes ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky? Všechny ostatní požadavky z technické specifikace přístroj splňuje.

V Brně, dne 11. 6. 2018


Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
IČ: CZ49970267


Petr Podloucký, jednatel