

Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO

Hodnoticí tabulka

Uchazeč				EMS		EMS		BIONIK		BIONIK	
Č.	Název	Popis	Váha krit.	Nabídka 1 / varianta 1		Nabídka 1 / varianta 2		Nabídka 2 / varianta A		Nabídka 2 / varianta B	
				GE VIVID S60	GE LOGIQ V5 Expert	GE VIVID S60	GE VOLUSON S6	MINDRAY DC-80	MINDRAY DC-60	MINDRAY DC-70X	MINDRAY DC-N3Pro
1	Kupní cena	v Kč bez DPH	40%	1 199 000		1 311 000		1 400 126		1 067 251	
		Body za 1.		89,01		81,41		76,23		100,00	
		Stáří přístroje (nový x repasovaný)		Nový	Demo 2016	Nový	Repasovaný v.2015	Nový	Nový	Nový	Nový
				50	40	50	40	50	50	50	50
		Kvalita zobrazení		+ vynikající kvalita obrazu	- zdá se horší obraz na abdominální sondě	+ vynikající kvalita obrazu				- pro kardiologii spíše průměrná kvalita obrazu odpovídající kategorii přístroje, vzhledem k absenci CW doppleru nebylo možné dělat komplexní vyš.	+dobrý obraz na obou sondách
				60	40	60	50	50	50	30	60
		Míra splnění technických a dalších požadavků na zařízení specifikovaných v přílohách A a B.		+ splňuje všechny požadavky manuální nastavení TGC možné dotykově na touchpanelu	+ nabízený model má monitor 15" s vysokým rozlišením na rozdíl od testovaného	+ splňuje všechny požadavky manuální nastavení TGC možné dotykově na touchpanelu		- nespĺňuje 1 a částečně další z parametrů		Testovací přístroj dodán bez funkčního CW doppleru - dále nespĺňuje 1 a částečně další z parametrů	-horší kvalita CFI
2	Provozní efektivita		60%	50	50	50	50	0	50	0	50
		Logika ovládání a ergonomie, komfort uživatele		+logické intuitivní ovládání, +přehledné uspořádání výsledků měření	+ příjemné intuitivní ovládání	+logické intuitivní ovládání, +přehledné uspořádání výsledků měření					+příjemné a intuitivní ovládání
				70	60	70	60	50	50	50	60
		Další technické parametry a vybavení nad rámec minimálních požadavků, které jsou významné pro efektivitu provozu, poznámky		+ vynikající prezentace funkcí a ovládání zástupcem firmy EMS	+ dobré zkušenosti s předchozím přístrojem i servisem společnosti EMS	+ vynikající prezentace funkcí a ovládání zástupcem firmy EMS				Podle informace uchazeče bude nabízený přístroj CW doppleru mít	
				60	60	60	60	50	50	50	50
		Součet hodnocení za 2		540		550		450		450	
		Body za 2		98		100		82		82	
Celkem	Body			94,51		92,56		79,58		89,09	

Hodnocení jednotlivých nabídek podle kritérií a jeho zdůvodnění je uvedeno v příložené tabulce.	Bodové hodnocení			
	Průměr, očekávané funkce	Nadprůměr, pozitiva, funkcionality navíc	Podprůměr, negativa, chybějící nevýznamné funkce	Chybějící významná funkcionality, zásadní negativum
	50 bodů	každá +10 bodů	každá -10 bodů	0 bodů

Ing. Michal Breda, technicko-provozní náměstek	
Mgr. Miloš Klíma, ekonomicko-obchodní náměstek	
MUDr. Dušan Kolařík, primář GPO a náměstek pro LPP	
MUDr. Bonislav Štrauch, primář interního oddělení	

**Dodávka echokardiografu pro kardiologii a
ultrazvuku pro GPO**

Hodnoticí tabulka

				SIEMENS		SnT	
Č.	Název	Popis	Váha krit.	Nabídka 3 / varianta 1		Nabídka 1 / varianta 1	
				ACUSON Juniper card	ACUSON NX3	Philips Affinity 50	Philips ClearVue 350
1	Kupní cena	v Kč bez DPH	40%	1 132 000		1 129 504	
		Body za 1.		94,28		94,49	
2	Provozní efektivita	Stáří přístroje (nový x repasovaný)	60%	Nový	Nový	Demo 2017	Demo 2018
				50	50	40	50
		Kvalita zobrazení		byl testován ACUSON NX3 - pro kardiologii nedostatečná kvalita zobrazení	- horší obraz na vaginální sondě	+ celkem dobrá kvalita obrazu	- abdominální i vaginální sonda s nevalným obrazem
				50	30	50	30
		Míra splnění technických a dalších požadavků na zařízení specifikovaných v přílohách A a B.		- přístroj nebylo možné k testování dodavatelem dodat		splňuje	- sondy použité demo
				30	50	50	0
		Logika ovládání a ergonomie, komfort uživatele		- obtížné ovládání, není intuitivní	- nestandardní ovládání, zdá se složité	- méně komfortní, složitě pochopitelné ovládání	- velmi nestandardní ovládání, těžkopádné, nelogické- obtížná práce s výsledky měření (těžko mazat jednotlivá nevyhovující měření) - údaje o měření se zobrazují i přes UZ obraz, zde již není možno provádět další měření
	40	40	40	20			
	Další technické parametry a vybavení nad rámec minimálních požadavků, které jsou významné pro efektivitu provozu, poznámky	+ uchazeč nabízí jako bonus novou sondu ke stávajícímu UZ na RDG	- chybí odkládací plocha (ubrousky, kondomy, ...)		- nevyhovující měření obvodů elipsy		
		60	40	50	30		
		Součet hodnocení za 2		440		360	
		Body za 2		80		65	
Celkem	Body			85,71		77,07	

Hodnocení jednotlivých nabídek podle kritérií a jeho zdůvodnění je uvedeno v příložené tabulce.

Ing. Michal Breda, technicko-provozní náměstek	
Mgr. Miloš Klíma, ekonomicko-obchodní náměstek	
MUDr. Dušan Kolařík, primář GPO a náměstek pro LPP	
MUDr. Bonislav Štrauch, primář interního oddělení	