

**Příloha č. 3**  
Zadávací dokumentace veřejné zakázky  
**Dodávka ultrazvuku pro GPO**

**Technické požadavky na zařízení:**

**Základní ultrazvukový přístroj určený pro ambulantní gynekologická a perinatální vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.**

**Požadovaná zobrazení:**

- 2D, MM, CFM,PW, CW, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, mód automatické optimalizace obrazu

**Konektivita a archivace:**

- možnost připojení externí pracovní stanice
- přenos získaných dat ve stejné obrazové kvalitě do externí pracovní stanice s kompatibilním SW umožňujícím práci s daty včetně tvorby databáze přenesených reportů
- termotiskárna
- možnost exportu na USB, CD/DVD

**Parametry sond:**

multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence:

- 2D konvexní abdominální sonda, kmitočtový rozsah minimálně 2-5 MHz, harmonické zobrazení
- 2D vaginální sonda – kmitočtový rozsah minimálně 4-9 MHz, harmonické zobrazení

**Upozornění pro uchazeče: Uvedené technické požadavky jsou považovány za optimální. Zadavatel připouští odchylky od uvedených hodnot. Tyto odchylky budou součástí hodnocení nabídky. Je na uchazeči, aby pravdivě uvedl v technické specifikaci nabízeného zařízení míru splnění těchto požadavků.**