

Příloha č. 3.1
Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Dodávka ultrazvuku pro GPO

Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků

Ultrazvuk pro GPO

Funkce/parametr	Hodnota	Vyplní uchazeč
modelové provedení přístroje není starší než 3 roky	<i>ano/ne</i>	
záruka min. 24 měsíců	<i>ano/ne</i>	
2D, MM, , CFM, PDI, PW, , CW	<i>ano/ne</i>	
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách	<i>ano/ne</i>	
Automatická optimalizace 2D obrazu, TGC a dopplera, kontinuální optimalizace obrazu	<i>ano/ne</i>	
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních	<i>ano/ne</i>	
Kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů	<i>ano/ne</i>	

Upozornění pro uchazeče: V případě, že některý nabízený přístroj nesplní kteroukoli z výše uvedených technických podmínek (tzn. odpověď bude „ne“), bude nabídka automaticky vyřazena.

Podpis uchazeče