

Příloha č. 3
Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem

Technické požadavky na zařízení:

Mobilní RTG přístroj s C-ramenem a zesilovačem obrazu pro operační sály Nemocnice Nymburk s.r.o.

- 1/ Rentgenka: s ohnisky do 0,6/1,5 mm
kontrola tepelné zátěže rentgenky
event. stanovení povrchové dávky na pacienta
výhoda - nastavení rtg svazku bez záření – laser. zaměření
- 2/ Generátor: vysokofrekvenční s výkonem min 2 kW, opt. 3 kW
pulzní skiaskopie min. 8 pulsů/s, opt. 12 pulsů/s
orgánová automatika
- 3/ Zesilovač: velikost 23 cm s možností ZOOM
rozlišení 1024x1024
barevná hloubka min. 12 bitová, opt. 16 bitová
- 4/ Prohlížecká stanice: dva nezávislé LCD monitory 19“ (nezávisle jeden stac. obraz a druhý skiaskopie)
možnost připojení na PACS Zadavatele,
základní funkce DICOM 3.0
USB výstup pro přenos dat
funkce postprocesingu
- 5/ C-rameno: plně vyvážené v každé poloze
motorický vertik. pohyb
horizontální pohyb
orbitální pohyb a angulace min 120°, opt. 130°
optimální vnitřní hloubka C-ramena

Připojení do zásuvky 220 V

Upozornění pro uchazeče: Uvedené technické požadavky jsou považovány za optimální. Zadavatel připouští odchylky od uvedených hodnot. Tyto odchylky budou součástí hodnocení nabídky. Je na uchazeči, aby pravdivě uvedl v technické specifikaci nabízeného zařízení míru splnění těchto požadavků.