

Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem

Hodnoticí tabulka

Č.	Název	Popis	Váha krit.	Uchazeč	
				FOMEI s.r.o.	Siemens Healthcare, s.r.o.
				Nabídka 1 / varianta 1	Nabídka 2 / varianta 1
1	Nabídková cena	v Kč bez DPH	60 %	Philips BV Endura	Cios Select
		Body za 1.		1 890 000	1 794 200
				94,93	100,00
2	Provozní efektivita	Stáří přístroje (nový x repasovaný)	40 %	Nový	Nový
				50	50
		Kvalita zobrazení		na vyzkoušení zapůjčen nový přístroj, kvalita zobrazení dobrá	na vyzkoušení zapůjčen starší přístroj, kvalita zobrazení horší,
				50	40
		Míra splnění technických a dalších požadavků na zařízení specifikovaných v přílohách A a B.		dobrá	dobrá
				50	50
		Logika ovládání a ergonomie, komfort uživatele		lepší přehlednost a ergonomie, lehčí na převážení	subjektivně horší ovládání a převážení
	60	40			
	Další technické vlastnosti ve vztahu k využití na COS	vypínač laseru zaměření není na ovládacím panelu, ale na lampě, horší	vypínač laseru zaměření je na ovládacím panelu, lepší		
		40	50		
	Součet hodnocení za 2		250	230	
	Body za 2		100	92	
Celkem	Body			96,96	96,80

Hodnocení jednotlivých nabídek podle kritérií a jeho zdůvodnění je uvedeno v příložené tabulce.	Bodové hodnocení		
	Průměr, očekávané funkce	Nadstandardní funkce, vysoká míra spokojenosti	Podprůměr, negativa, chybějící nevýznamné funkce
	50 bodů	vždy + 10 bodů	každá -10 bodů

Ing. Michal Breda, technicko-provozní náměstek	
Ing. Martin Dařílek, ekonomicko-obchodní náměstek	
MUDr. Dušan Kolařík, primář GPO a náměstek pro LPP	
MUDr. Pavel Knytl, primář RDG oddělení	