

Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 02 Nymburk

V Praze dne 18.9.2020

Žádost o doplňující informace k veřejné zakázce s názvem:

Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.

Vážení,

k výše uvedené veřejné zakázce bychom se rádi zeptali na následující dotazy:

1. V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" - zadavatel požaduje maximální rychlost vrtání 18 000 ot/min.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat otáčky vrtání max 1 000 ot./min. při zachování medicínského účelu?

2. V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" - zadavatel požaduje rychlospojku pro Kirschnerovi dráty s rozsahem 1 – 4,0 mm.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku dvou rychlospojek s rozsahem o průměru 0,6 – 2,2mm a 2,0 – 4mm?

3. V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" - zadavatel požaduje kanylaci min. 4,1 mm.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat kanylaci vrtačky 5mm?

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

S pozdravem,

Ing. Rostislav Hartman
jednatel
Zimmer Czech, s.r.o.