



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Vyjádření č. 1 k dotazům uchazečů VZ 16/2021

„Dodávka nemocničních lůžek vč. antidekubitních matrací pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Dotaz č.1 z 12.11.2021 :

v Technické specifikaci zadavatel u postranic lůžka stanovil "sklopná odnímatelná postranice po obou stranách v délce cca $\frac{3}{4}$ ložné plochy (tj. nerestriktivní) – dělená postranice kovová nebo plastová (ocenit jako pár – levá a pravá postranice), postranice v oblasti hlavy se pohybuje spolu se zádočným dílem", bude zadavatel akceptovat námi nabídnuté řešení ve formě neodnímatelných, dělených, plastových, sklopných postranic které pokrývají celou ložnou plochu?

Odpověď dotaz č.1:

Zadavatel na základě zkušenosti trvá na původním znění požadovaného parametru v technické specifikaci.

Dotaz č. 2 z 15.11.2021:

zadavatel v technické specifikace k veřejné zakázce "Dodávka nemocničních lůžek včetně antidekubitních matrací pro Nemocnici Nymburk s.r.o. uvádí požadavek:

-sklopná odnímatelná postranice po obou stranách v délce cca $\frac{3}{4}$ ložné plochy (tj. nerestriktivní) – dělená postranice kovová nebo plastová (ocenit jako pár – levá a pravá postranice), postranice v oblasti hlavy se pohybuje spolu se zádočným dílem
Umožní zadavatel dodavateli nabídnou nerestriktivní, 3/4 kovové postranice, které jsou pevně spojeny s rámem lůžka?

Odpověď dotaz č.2:

Zadavatel na základě zkušeností trvá na původním znění požadovaného parametru v technické specifikaci.

Dotaz č. 3 z 15.11.2021:

- průměr kovových koleček min 125 mm
Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžka s kolečky plastovými, která plní stejný medicínský účel?

Odpověď dotaz č.3:

Zadavatel bude akceptovat i plastová kolečka s průměrem koleček min. 125 mm.



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Dotaz č. 4 z 15.11.2021:

-materiál potahu matrace je bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout potah s CRIB 5, což je běžný standart dostatečný k ochraně pacienta. Je to sahozhášivý potah stejně jako CRIB 7

Odpověď dotaz č.4:

Zadavatel bude akceptovat standardní potah se sníženou hořlavostí CRIB 5

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jeho podstatu a rozsah nemá jednoznačný vliv na okruh potencionálních dodavatelů, potažmo výběr nejvýhodnější nabídky.

Zadavatel vzhledem ke zpracování upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje termín podání nabídek o délku vyřízení dotazů, tj. termín podání nabídek je prodloužen do 30.11. 2021 do 12:00 hodin.

V Nymburce, 18.11.2021

Ing. Jaroslav Adzima
biomedicínský inženýr NEMNBK

Příloha:

VZ16-2021 Příloha č. 2 – Technická specifikace – lůžka NEMNBK – v2 – aktualizace 18.11.2021

VZ16-2021 ZD lůžka NEMNBK – v2 – aktualizace 18.11.2021