



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Vyjádření č. 1 k dotazům uchazečů VZ 19/2021

„Dodávka infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Dotaz č.1 z 02.12.2021 :

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č. 2 VZ19/2021 pro infuzní pumpu a lineární dávkovač splnění parametru: „*Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice*“.

Účastník by rád nabídnul infuzní techniku s technologií inteligentního plnohodnotného dotykového ovládání prostřednictvím kapacitního, barevného, dotykového displeje s úhlopříčkou min. 3,5 palců, nebo min. 7 palců s intuitivním uživatelským rozhraním, které podporuje jednoduché používání tak, že zobrazuje důležité parametry v elegantním rozvržení. Tento způsob ovládání techniky je pro pacienta i obsluhující personál bezpečný a velmi uživatelsky přívětivý a nijak negativně neovlivňuje medicínský účel, pro který je infuzní technika pořízována.

Účastník by tak rád nabídnul zadavateli mnohem vyspělejší technologii ovládání, než je ta prostřednictvím fóliové klávesnice, která je v současnosti již zastaralá.

Umožní zadavatel nabídnout uchazeči infuzní techniku s plnohodnotným ovládáním pomocí dotykového displeje?

Odpověď dotaz č.1:

Zadavatel trvá na původním zadání. Na základě předchozích zkušeností personálu, který tato zařízení obsluhuje, je nejvhodnějším řešením pro svou jednoduchost a bezpečnost, ovládání pomocí fóliové klávesnice.

Dotaz č. 2 z 02.12.2021:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č. 2 VZ19/2021 pro dokovací stanice splnění parametru: „*Přenos dat o stavu a činnosti všech připojených přístrojů do centrálního monitorovacího systému a do NIS, přes pevnou datovou síť*“

Na základě takto definovaného parametru účastník předpokládá, že přenos dat bude přes stávající pevnou datovou síť zadavatele a že zhotovení této pevné datové sítě, není součástí této veřejné zakázky.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď dotaz č.2:

Zadavatel má již datovou infrastrukturu připravenou a není tedy zapotřebí dalších úprav ze strany účastníka.



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Dotaz č. 3 z 02.12.2021:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci příloha č. 2 VZ19/2021 pro infuzní pumpu a lineární dávkovač splnění parametru: „Z důvodu ochrany budoucích investic, možnost použití v prostředí MRI, popř. ve stanici chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření“

Možnost použití v MRI prostředí účastník splní při použití stanice chránící infuzní pumpu tzv. MRI box. Výrobce deklaruje, že takový box bude k dispozici ve druhé polovině roku 2022. Z formulace požadavku zadavatele, že se jedná o požadavek odůvodněný ochranou budoucích investic je zřejmé, že zadavatel požaduje možnost používat infuzní techniku v prostředí MRI v budoucnosti. Účastník má za to, že nabídkou, kde její součástí bude také deklarace výrobce infuzní techniky o dostupnosti MRI boxu ve druhé polovině roku 2022 splní tento požadavek zadavatele včetně požadavku na ochranu budoucích investic.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka vč. deklarace výrobce v této věci?

Odpověď dotaz č.3:

Na základě žádosti uchazeče Zadavatel upřesňuje informace následovně:

Zadavatel nebude takovou nabídku akceptovat. Zadavatel má za to, že ze zadávací dokumentace jednoznačně vyplývá, že podmínka možnosti použití v lineárním prostředí musí být splněna v termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy. Účastník tak musí splnění této podmínky uvést již ve své nabídce a následně ji, v případě úspěchu, splnit právě v daném termínu. Zadavatel v tomto směru nebude připouštět částečné plnění.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jeho podstatu a rozsah nemá jednoznačný vliv na okruh potencionálních dodavatelů, potažmo výběr nejvýhodnější nabídky.

Zadavatel vzhledem k rozsahu zpracování doplnění zadávací dokumentace zachovává termín podání nabídek nezměněn, tj. termín podání nabídek je do 13.12. 2021 do 12:00 hodin.

V Nymburce, 06.12.2021

Ing. Jaroslav Adzima
biomedicínský inženýr NEMNBK