

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu „Videogastroskop a videokolonoskop pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti o vysvětlení ze strany dodavatele.

Zadavatel zjistil administrativní chybu v Zadávací dokumentaci, a to konkrétně v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění, kde mezi požadavky pro videogastroskop je chybně uveden technický parametr „*Ohyb (angulace) distálního konce nahoru/dolů min. 210°/210°*“.

Správná/opravená formulace tohoto parametru zní: „*Ohyb (angulace) distálního konce nahoru/dolů min. 210°/120°*“.

Zadavatel tímto tuto administrativní chybu napravuje, přičemž současně přikládá aktualizovanou přílohu č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění s opraveným výše uvedeným technickým parametrem. Tato příloha je součástí ZD a dodavatel je povinen ji přiložit vyplněnou jako součást své nabídky pouze v aktuálním – tudíž opraveném znění s doplněným souslovím (ÚPRAVA č. 1)“, viz příloha.

Závěr:

Vzhledem k povaze provedené změny se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11.2. ZD o celou původní délku, a to do 23. května 2022 do 12:00 hodin. Z toho důvodu uveřejňuje i Výzvu k podání nabídky s aktualizovaným termínem pro podání nabídek.

Přílohy:

- Výzva k podání nabídky (aktualizace 11. 5. 2022)
- Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu plnění (ÚPRAVA č. 1)

V Nymburce dne 11. 5. 2022

Ing. Jaroslav Adzima
biomedicínský inženýr