



Nemocnice Nymburk

S.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka reagensů pro real-time PCR cycler pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Vážený dodavatelé,

dne 18. července 2022 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále též „žádost o vysvětlení“) k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka reagensů pro real-time PCR cycler pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“.

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazu):

Dotaz č. 1

Chtěli bychom se zeptat, jaký typ odběrového tampónu zadavatel požaduje (nasopharyngeální nebo oropharyngeální).

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje kvantifikaci viru SARS-CoV-2 přímo z výtěru horních a dolních cest, bez nutnosti izolace RNA, tudíž metodu direct PCR. V další části technické specifikace je uvedeno, že zadavatel požaduje: „Pro snížení rizika kontaminace požadujeme přidávání inaktivovaného vzorku do reakce přímo z odběrové zkumavky“. Myslíme si, že druhá podmínka, tj. inaktivace viru, je v rozporu s použitím metody direct PCR (bez izolace RNA). Můžete, prosím, tuto skutečnost vysvětlit.

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel požaduje odběrové štětičky pro nazální, nasofaryngeální výtěry.

Ad 2)

V případě, že je inaktivace viru provedena teplotou nikoliv inaktivačním médiem, není následná PCR reakce nijak ovlivněna. V tomto případě lze vzorek použít pro přímou detekci bez nutnosti izolace RNA.

Závěr:

Vzhledem k rozsahu upřesňujících informací se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 28. července 2022 do 12:00 hodin.**

V Nymburce dne 20. 7. 2022

Ing. Kristýna Heralová
administrativní pracovník VZ