



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská třída 425/9
288 01 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VZ14/2022

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Vážení účastníci,

zadavatel dne 01. 09. 2022 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto přesném znění:

„Dobrý den, Zadavatel požaduje u rukavic nitril testování dle normy ASTM F 1671, která je totožná s normou ISO 16604.

Norma ASTM F 1671 je určena spíše pro americký trh, norma ISO 16604, dle které se testuje těsnost proti virům v normě EN 374-5, je určena pro evropský trh a dle této normy notifikované orgány samozřejmě testují. Norma ISO 16604 je vyznačena v Prohlášení o shodě, které přikládáme.

Bude zadavatel akceptovat u rukavic nitril normu ISO 16604?“

K výše uvedené žádosti o vysvětlení (dotazu) poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Zadavatel bude akceptovat u rukavic nitril normu ISO 16604 ve smyslu ustanovení, které si zadavatel vyhradil v technické specifikaci, a to, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

V Nymburce dne 02. 09. 2022

Bc. Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek