

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu „Novorozenecká lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Vážení dodavatelé,

dne **18. října 2022** byla zadavateli doručena písemná **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** (dále též „žádost o vysvětlení“) k veřejné zakázce malého rozsahu „**Novorozenecká lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.**“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 3.2. ZD (tj. nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení (dotazu):

„Dotaz číslo 1.

Zadavatel v Technické specifikaci předmětu plnění pro položku číslo 2 a to "NOVOROZENECKÉ VYHŘÍVANÉ LŮŽKO (1 ks)" požaduje pod pořadovým číslem 6 - teplovodivá antidekubitní matrace 55x70 cm (tolerance ± 2 cm). Dále pod pořadovým číslem 13 současně požaduje kompaktní vnější rozměry, maximálně 70x110cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy.

Může uchazeč s přihlédnutím k požadavku s pořadovým číslem 13 (na kompaktní vnější rozměry) nabídnout lůžko o rozměrech 66,5 x 108cm s matrací o rozměrech 50x70cm?

Dotaz číslo 2.

Zadavatel v Kupní smlouvě požaduje dodání do 12-ti týdnů.

Může uchazeč vzhledem k současné situaci, která vede k zásadnímu zpomalení výroby i dopravy, nabídnout dodání do 16-ti týdnů?“

Zadavatel poskytuje následující odpověď:

K dotazu č. 1:

Výše uvedený dotaz č. 1 se týká přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“ a v ní položky č. 6 v souvislosti s pol. č. 13 u přístroje „Novorozenecké vyhřívání lůžko (1 ks)“.

Zadavatel se rozhodl **změnit zadávací dokumentaci** u parametru požadovaného pod pol. č. 6 následovně:

Zadavatel původně požadoval tento technický parametr:

teplovodivá antidekubitní matrace 55x70 cm (tolerance ± 2 cm)

Nově technický parametr mění takto:

teplovodivá antidekubitní matrace 50 (tolerance ± 5 cm) x 70 cm (tolerance ± 2 cm).

K dotazu č. 2:

Zadavatel akceptuje dobu dodání do 16 týdnů od účinnosti kupní smlouvy, čímž se mění čl. III. odst. 1 Návrhu kupní smlouvy.

Závěr:

Provedené změny zadávacích podmínek, které se týkají přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“ a přílohy č. 1 ZD „Návrh kupní smlouvy“, budou v těchto přílohách ZD zohledněny (resp. přílohy budou ve smyslu těchto změn opraveny). Tyto přílohy jsou součástí ZD a dodavatel je povinen je přiložit vyplněné jako součást své nabídky pouze v aktuálním – tudíž opraveném znění, které zadavatel uveřejnil prostřednictvím el. nástroje E-ZAK s dovětkem „ÚPRAVA č. 1“.

Současně se v rámci tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace mění bod 5. ZD spočívající v prodloužení lhůty dodání přístrojů z 12 na 16 týdnů a rovněž prodloužení lhůty pro podání nabídek, jak je uvedeno dále.

Vzhledem k povaze provedených změn v zadávací dokumentaci se zadavatel současně rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11.2. ZD o celou původní délku, a to **do 31. října 2022** do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 ZD – Návrh kupní smlouvy (ÚPRAVA č. 1)

Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění (ÚPRAVA č. 1)

V Nymburce dne 18. 10. 2022

Bc. Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek