

SERVISNÍ SMLOUVA

č. 233/2022

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČ: 28762886
DIČ: CZ28762886
Zastoupená: , jednatelkou
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-7705330247/0100

jako **objednatel** na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

a

DARTIN spol. s r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/2666
Se sídlem: Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
IČ: 40763781
DIČ: CZ40763781
Zastoupený: , jednatelka společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Praha 6 - Dejvice
Číslo účtu: 1455852001/5500

jako **zhotovitel** na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“) a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Novorozenecká lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“, interní ev. č. VZ20/2022** (dále jen „veřejná zakázka“) tuto servisní smlouvu.

ČI. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele ze dne 27. 10. 2022 (dále jen „Nabídka“) a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, pozáruční servis **dodaných přístrojů - 1 ks novorozeneckého resuscitačního lůžka a 1 ks novorozeneckého vyhřívaného lůžka** (dále jen „přístroj“)

či „přístroje“) umístěných na pracovišti Objednatele – Gynekologicko-porodnické oddělení. Identifikace těchto přístrojů je přílohou A této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně provedený servis zaplatit Zhotoviteli dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
3. Pozáruční servis zahrnuje za období 72 měsíců (6 let) po skončení záruční doby dodaných přístrojů: všechny servisní zásahy, tj. diagnostiku a odstraňování zjištěných vad, práci servisních techniků, provádění pravidelných bezpečnostních kontrol dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 89/2021“), případně dle doporučení výrobce (včetně všech náhradních dílů a PM kitů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny) či preventivních prohlídek, vše včetně vystavení příslušných protokolů, případný update software, cestovní náklady a časovou garanci zprovoznění (viz čl. III, odst. 3 této smlouvy). Pozáruční servis nezahrnuje dodávku náhradních dílů potřebných k opravám.
4. Při aktualizaci návodu k obsluze objednatel požaduje jeho zaslání v elektronické podobě na email kontaktní pověřené osoby za objednatele uvedené v odst. 8 tohoto článku.
5. Zhotovitel bude garantovat technický stav přístrojů uvedených výše podle technických parametrů udaných výrobcem při dodržování doporučených postupů, kalibrací a preventivních prohlídek dle doporučení výrobce-při používání spotřebního materiálu dle specifikace výrobce.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je buď výrobcem zboží, nebo je výrobcem oprávněn k provádění servisu a dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technici) a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
7. Počet servisních zásahů Zhotovitele je u Objednatele neomezen.
8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto kontaktů:

Zhotovitel			
Jméno	Funkce	Telefon	Email
	Vedoucí servisního odd.	-	servis@dartin.cz
Objednatel - Pověřená osoba			
Jméno	Funkce	Telefon	Email
	biomedicínský technik	+42C	@nemnbk.cz

Čl. II

Smluvní odměna a platební podmínky

1. Cena pozáručního servisu popsaného v čl. I této smlouvy je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH za 1 BTK činí:	5.193,00	Kč
Výše DPH 21 % činí:	1.090,53	Kč
Cena s DPH za 1 BTK činí:	6.283,53	Kč
Cena bez DPH za 1 výjezd činí:	4.016,00	Kč
Výše DPH 21 % činí:	843,36	Kč
Cena s DPH za 1 výjezd činí:	4.859,36	Kč
Cena bez DPH za 1 hod. práce technika činí:	1.572,00	Kč
Výše DPH 21 % činí:	330,12	Kč
Cena s DPH za 1 hod. práce technika činí:	1.902,12	Kč

- Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky a náklady Zhotovitele spojené s plněním dle čl. I, odst. 3 této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou. Předpokládaná celková nabídková cena za celou dobu trvání pozáručního servisu (6 let) je uvedena v příloze B této smlouvy.
- Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: fu@nemnbk.cz. **Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů** od jejího doručení Objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu v Kč na základě faktury vystavené Zhotovitelem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - identifikaci objednávky,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na příložený dodací list),
 - odkaz na tuto smlouvu,
 - servisní výkazy, dodací listy za fakturované období (pokud budou provedeny servisní zásahy).
- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
7. Pokud vznikne potřeba použít náhradní díly a materiály nebo případně další servisní práce, které nejsou do odměny dle čl. II zahrnuty, je Zhotovitel oprávněn tyto náklady vyfakturovat zvlášť s tím, že k takové faktuře bude připojena přesná specifikace servisních prací, náhradních dílů a spotřebního materiálu a Objednatelem potvrzené servisní výkazy. Zhotovitel bude zajišťovat náhradní díly a spotřební materiál k přístrojům na základě aktuální potřeby a stavu přístroje. Cenový návrh na opravu bude zhotovitelem zaslán objednateli v případě, bude-li převyšovat částku 10 000 Kč bez DPH za opravu přístrojů.
8. Odměna dle této smlouvy nezahrnuje jakékoliv náklady Zhotovitele spojené s opravou poškození, k němuž prokazatelně došlo na základě neodborného použití přístroje v rozporu s uživatelskou dokumentací ze strany zaměstnanců objednatele či třetí strany, případně spojené s mechanickým poškozením (např. pádem přístroje), zásahem do operačního systému počítače, instalací nedoporučeného softwaru, použitím spotřebního materiálu potřebného pro provoz přístroje, který nebyl schválen/ doporučen Zhotovitelem a servisní zásahy s tímto spojené, resp. náklady za ně, jdou plně k tíži Objednatele.

Čl. III

Způsob plnění, opravy a kontroly

1. Zhotovitel bude provádět pro Objednatele veškeré opravy přístrojů tak, aby byla zachována plná funkce přístroje při jeho použití Objednatelem v rámci jeho činnosti. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky přístroje, přezkouší Zhotovitel funkčnost a bezpečnost přístroje a výsledek zaznamená do servisního protokolu, který předá Objednateli.
2. Náhradní díly a materiál, které jsou měněny v rámci oprav, nejsou zahrnuty do částky smluvní odměny dle čl. II této smlouvy a budou účtovány samostatně. V případě nesouhlasu Objednatele s dodávkou náhradních dílů předá Zhotovitel přístroj Objednateli v původním stavu a je oprávněn vyúčtovat doložené náklady. Zhotovitel je povinen zachovat na pracovišti Objednatele vadné náhradní díly vyjma případů, kdy je uvedený náhradní díl vyžadován výrobcem nebo příslušným orgánem státní správy k vrácení za účelem repase nebo posouzení závady nebo ekologické likvidace. V tomto případě se Zhotovitel zavazuje vyměněné/nahrazené náhradní díly na své náklady odvést za účelem provedení jejich diagnostiky a zajištění likvidace dle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na základě písemného nahlášení přítomnost servisního technika do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady v místě provozu Objednatele. Servisní technik zahájí servisní činnost v místě provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Při odvozu přístrojového vybavení do externího servisu, je objednatel oprávněn požadovat náhradní přístrojové vybavení formou výpůjčky po dobu trvání opravy, v případě, že to povaha přístroje umožňuje.
4. Případné reklamace je Zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady. Objednatel není povinen dílo/ opravovaný přístroj převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání přístroje.
5. Záruční doba na provedené práce činí 6 měsíce od provedení opravy (týká se posledního půlroku této servisní Smlouvy a výpovědi smlouvy dle čl. V, odst. 3 a 4).

6. Záruka na dodané náhradní díly vyplývá ze záruky, kterou poskytuje výrobce, minimálně však 6 měsíců od dodání (týká se posledního půlroku této servisní Smlouvy a výpovědi smlouvy dle čl. V, odst. 3 a 4).
7. Objednatel je povinen hlásit vady písemnou formou na elektronickou adresu: servis@dartin.cz, pro telefonické ověření doručení zprávy a konzultace uvádí Zhotovitel telefonní číslo na servis: +420 241470361. Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli písemně bez zbytečného odkladu.
8. Servis bude vykonáván servisními technikami ze servisního střediska Zhotovitele, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
9. Oprava bude provedena po předchozí dohodě s Objednatelem, a to přednostně v pracovní dny v době od 6:30 do 16.00 hodin. Oprava bude probíhat na pracovišti Objednatele a pouze v případě, kdy nebude možné provést opravu v místě provozu, provede Zhotovitel opravu dílensky. V případě, kdy příslušné pracoviště nebo oddělení objednatele neposkytne dostatečnou součinnost dle tohoto odstavce a je v tomto směru v prodlení, není v prodlení zhotovitel s činností dle této smlouvy.
10. Zhotovitel bude pro Objednatele provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly přístrojů (BTK) dle z. č. 89/2021 Sb., případně dle doporučení výrobce a preventivní prohlídky, spojené s ověřením jejich správné funkce a bezpečnosti pro zdraví uživatelů a třetích osob při poskytování zdravotní péče, jakož i další úkony směřující k zachování bezpečnosti charakteristických vlastností a plné funkčnosti přístroje, včetně výměny všech náhradních dílů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny. Součástí těchto kontrol BTK je dále (pokud je pro příslušný přístroj relevantní) provádění elektrické kontroly, případně elektrické revize u pevně připojených přístrojů, a to včetně vystavení příslušného písemného protokolu.
11. Zhotovitel se zavazuje provádět tyto pravidelné bezpečnostně technické kontroly dle doporučení výrobce. Tyto pravidelné kontroly/ prohlídky budou Zhotovitelem prováděny v takovém termínu, aby přístroje trvale a bez přerušení vyhovovaly legislativním požadavkům pro jejich bezpečný provoz.
12. Zhotovitel je povinen po provedení každé kontroly/ prohlídky vystavit příslušný protokol a je povinen jej předat na oddělení biomedicínského inženýrství Objednatele a dále v kopii na oddělení kde je přístroj umístěn, to nejpozději do 30 dnů od provedení.
13. Zhotovitel je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy.
14. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých pracovníků pověřených prováděním servisních prací.
15. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Objednateli či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.
16. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup do svých provozních prostor k servisovanému přístroji za účelem provedení servisu a poskytnout mu potřebnou součinnost tak, aby nebylo ohroženo termínové plnění Zhotovitele.

Čl. V

Doba platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu **72 měsíců (6 let)** po skončení závazků Zhotovitele vyplývajících z Kupní smlouvy na přístroj uvedený v příloze A této smlouvy. Tuto smlouvu lze vypovědět v případech uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Smluvní vztah je možné ukončit:
 - a. písemnou dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí v souladu s platnými právními předpisy.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, a to:
 - na straně Objednatele, pokud Zhotovitel neprovede potřebné opravy a neodstraní zjištěné závady, případně neprovede nutnou servisní údržbu a další úkony dle této smlouvy na přístrojích řádně a včas dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která byla sjednána v délce 30 kalendářních dnů a dále pokud nebude Zhotovitel plnit ujednání podmínek smlouvy, pokud Zhotovitel nezajistil nápravu, přestože byl Objednatelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn. Pokud dojde z těchto důvodů k předčasnému ukončení smlouvy, přísluší Zhotoviteli poměrná část smluvní odměny od počátku toho, kterého ročního období až do doby nahlášení opravy, kterou Zhotovitel neprovedl ve výše uvedené lhůtě.
 - na straně Zhotovitele, pokud Objednatel překročí lhůtu splatnosti příslušné faktury tak, jak je sjednána v čl. II této smlouvy, o více než 60 dní, pokud Objednatel nezajistil nápravu, přestože byl Zhotovitelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VII

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované smluvní odměny, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně fakturované ceny je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení
3. Zhotovitel se zavazuje v případě, že vlastním zaviněním nenastoupí k odstranění vad, neodstraní oprávněně reklamované vady opravou nebo bude v prodlení se zápůjčkou náhradního přístroje ve lhůtách stanovených touto smlouvou a v případě, že vlastním zaviněním neprovede pravidelnou bezpečnostní kontrolu/ validaci v předepsané periodě, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,

- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Do této lhůty se nezapočítává doba od vystavení cenové nabídky Zhotovitelem do jejího schválení a vystavení platné objednávky Objednatelem.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
5. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VIII odst. 4 této smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
6. Za nedodržení povinností dle podmínek uvedených v čl. VIII odst. 6 této smlouvy má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
7. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvláště a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.
8. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že výše smluvních pokut se odvíjí od charakteru kupujícího jako poskytovatele zdravotních služeb, kdy předmět koupě slouží k zajištění jeho činnosti, a proto je třeba zajistit jeho řádnou a včasnou funkčnost.

Čl. VIII Ostatní ujednání

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Objednatel uhradí za Zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitele současně souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně servisní smlouvy včetně případných dodatků a výsledků zadávacího řízení na profilu Objednatele nebo jiným způsobem, určeným Objednatelem, a dále dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.

3. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši ceny dodaného přístroje dle kupní smlouvy bez DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
4. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.
6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o kupujícím, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
3. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
6. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti obecného soudu Objednatele.
7. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva, nebude-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 1 vyhotovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

Příloha A – Technická specifikace předmětu plnění

počet stran: 5

Příloha B – Cenová nabídka

počet stran: 3

.....
jednatelka

.....
jednatelka

Příloha č. 2 ZD; Příloha A servisní smlouvy

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: _____, jednatelka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ÚPRAVA č. 1)

Interní ev. č.: VZ20/2022

Název zakázky:

„Novorozenecká lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

**„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:
 CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306**

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník uvede: - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr (sloupec B);
 - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C) – minimálně buňky žlutě podbarvené;
 - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v příloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec D)

NOVOROZENECKÉ RESUSCITAČNÍ LŮŽKO (1 ks) značky a typu		Comen BQ80		
	A	B	C	D
P.č	Požadované technické parametry	Splňuje (ANO/NE)	Konkrétní nabízená hodnota (parametr)	Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru
1.	provozní režim manuálním řízením teploty vzduchu	ANO		Nabídka NA220345
2.	provozní režim řízením teplotou novorozence SKIN, včetně kožní sondy	ANO		Nabídka NA220345
3.	provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (Prewarm/Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu na porodním sále, kde nelze přesně plánovat/stanovit čas na poporodní ošetření/resuscitaci	ANO		Nabídka NA220345
4.	APGAR časomíra a CPR časovač na centrálním ovládacím panelu	ANO		Nabídka NA220345

5.	kompletní integrované resuscitační příslušenství se směšovačem, T-resuscitátorem, 2x průtokoměrem a odsávačkou. Res. příslušenství jako nedílná pevně spojená součást lůžka s centrálně umístěným ovládáním nepřesahující půdorys lůžka. Kompatibilní s okruhy pro T-resuscitátory i okruhy rPAP pro nCPAP s možností aktivní nasální resuscitace / podpory aplikátory obecně známými jako Infant Flow, nFlow nebo Inspire	ANO		Nabídka NA220345
6.	pro maximální bezpečnost ovládání průtokoměrů standardním způsobem = uzavírání po směru hodinových ručiček a manometr odsávačky s pohybem ručičky proti směru hodinových ručiček pro vyloučení záměny s manometrem tlaku v dýchacích cestách	ANO		Nabídka NA220345
7.	matrace s rozměrem 55x70cm (tolerance ± 2 cm). Velikost matrace musí zajistit pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce atd.).	ANO	56x69cm	Nabídka NA220345/Technická Specifikace
8.	výkonný zářič se dvěma samostatnými vyhřívacími tělesy, odklopný min. o 180° a naklápěcí min. o 45°	ANO	180° a naklápěcí o 45°	Nabídka NA220345/Technická Specifikace
9.	integrované vyšetřovací světlo s nastavením intenzity v několika úrovních od 1500Lx do min. 4500Lx s ovládáním na centrálním displeji	ANO	1500Lx až 4500Lx	Nabídka NA220345
10.	zásuvka pro RTG kazetu s přístupem minimálně ze 2 stran	ANO	ze 2 stran	Nabídka NA220345
11.	plynulé elektricky ovládané nastavování sklonu matrace minimálně do 12° (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) s indikací úhlu sklonu na centrálním displeji	ANO	do 12°	Nabídka NA220345
12.	centrální ovládací dotykový barevný displej s úhlopříčkou minimálně 10"	ANO	10,4"	Nabídka NA220345
13.	bezdotykové ticho alarmů	ANO		Nabídka NA220345
14.	optický alarm viditelný ze všech stran - 360° viditelnost bez otočení/manipulace s lůžkem	ANO		Nabídka NA220345
15.	integrovaný záložní zdroj (bez zvětšení půdorysu lůžka) pro transport alespoň na 60 minut bez zdroje el. energie 230V, zálohující minimálně systém lůžka včetně plného monitorování novorozence, bez aktivního vyhřívání, vyšetřovacího světla, nastavení sklonu a výšky matrace	ANO	na 60 minut	Nabídka NA220345
16.	záložní zdroj jako originální a trvalá součást lůžka s automatickým nabíjením, bez potřeby připojení externí transportní zdrojové jednotky, vše pro snadnou manévrovatelnost.	ANO		Nabídka NA220345
17.	nutností je variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro intenzivní péči přímo na lůžku - stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo i vpravo	ANO		Nabídka NA220345
18.	zadní madlo pro snadné převážení a manipulaci	ANO		Nabídka NA220345
19.	otočná police pro příslušenství s nosností minimálně 6kg, manipulace/změna polohy bez použití náradí	ANO	6kg	Nabídka NA220345/Technická Specifikace
20.	držák IV nastavitelný bez použití náradí do různé výšky a místa	ANO		Nabídka NA220345

21.	minimálně 2 integrované elektrické zásuvky 230V pro připojení infuzních pump atd.	ANO	2x zásuvka 230V	Nabídka NA220345
22.	minimálně 3 panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění až do úplného odklopení pro zajištění volných rukou personálu při manipulaci	ANO	3 panely zcela odklopné	Nabídka NA220345
23.	čelní panely s minimálně 4 (silikonovými/gumovými) samotěsnícími vyjímatelnými prostupy pro hadice a kabely	ANO	4x vstup	Nabídka NA220345
24.	pojízdný podvozek s dvojitými kolečky s brzdami pro snadný transport i na horším povrchu (podlahové vodičí kolejnice, mezery chodba-výtah atd.)	ANO		Nabídka NA220345
25.	kompaktní vnější rozměry, maximálně 65x120cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy	ANO	64x119cm	Technická Specifikace
26.	velká uzavíratelná zásuvka na materiál v dolní části lůžka přístupná z obou stran	ANO		Nabídka NA220345
27.	integrovaný patientský monitor EKG, Resp., NIBP a SpO2 Masimo se zobrazením měřených hodnot, pletysmografické křivky a trendů na 120 hodin na centrálním barevném displeji	ANO		Nabídka NA220345
28.	elektrické nastavení výšky lůžka v rozmezí minimálně 85-105cm s oboustranným nožním i ručním ovládním a možností uživatelské blokáce změny výšky na centrálním displeji	ANO	výška matrace 85-105cm	Nabídka NA220345/Technická Specifikace
29.	„apnea wake up“ monitor pro eliminaci apnoické pauzy	ANO		Nabídka NA220345
30.	držák tlakové lahve	ANO		Nabídka NA220345
31.	eurolíšta výškově nastavitelná bez použití náradí	ANO		Nabídka NA220345
32.	možnost rozšíření o zvlhčovač s vyhříváním patientskými okruhy pro resuscitaci	ANO		Nabídka NA220345
33.	možnost rozšíření pro přenos dat ve standardu HL7	ANO		Nabídka NA220345

NOVOROZENECKÉ VYHŘÍVANÉ LŮŽKO (1 ks) značky a typu		Atom Sunflower		
	A	B	C	D
P.č	Požadované technické parametry	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota	Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru
1.	provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN	ANO		Nabídka NA220351
2.	kožní sonda	ANO		Nabídka NA220351
3.	předehřívací režim bez alarmů provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (Prewarm nebo Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu	ANO		Nabídka NA220351
4.	odklopný výkonný zářič s jedním dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu max. 500W	ANO	500W	Nabídka NA220351/Technická Specifikace
5.	integrované vyšetřovací světlo s intenzitou minimálně 600Lx	ANO	600Lx	Nabídka NA220351/Technická Specifikace
6.	teplovodivá antidekubitní matrace 50 (tolerance ± 5 cm) x 70 cm (tolerance ± 2 cm).	ANO	50x70cm	Nabídka NA220351/Technická Specifikace

7.	ovládací centrálně uprostřed lůžka umístěný panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot	ANO		Nabídka NA220351
8.	APGAR časomíra a KPR časovač	ANO		Nabídka NA220351
9.	nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°	ANO	do 13°	Nabídka NA220351/Technická Specifikace
10.	integrováná zásuvka pro RTG kazetu s čelním i bočním vysunutím	ANO		Nabídka NA220351
11.	možnost doplnění o odnímatelnou resuscitační výbavu (T-resuscitátor, směšovač kyslík/vzduch, průtokoměr) instalované do středu lůžka – zcela bez přesahu mimo půdorys	ANO		Nabídka NA220351
12.	výškově nastavitelný elektricky ovládaný pojízdný podvozek (nastavení ideální výšky pro péči) s nožním ovládním výšky z obou stran	ANO		Nabídka NA220351
13.	kompaktní vnější rozměry, maximálně 70x110cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy	ANO	66,5x108cm	Nabídka NA220351/Technická Specifikace
14.	nutností je variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na lůžku, požadujeme tak stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo i vpravo s možností rozšíření o police, držáky atd.	ANO		Nabídka NA220351
15.	eurolišta s variabilním umístěním (manipulace bez použití nářadí)	ANO		Nabídka NA220351
16.	dodání vč. police ve středu (mezi sloupy) lůžka, bez přesahů mimo půdorys pro snadný transport a manipulaci	ANO		Nabídka NA220351
17.	police na příslušenství boční, výškově nastavitelná	ANO		Nabídka NA220351
18.	infuzní stojan výškově nastavitelný	ANO		Nabídka NA220351
19.	držák tlakové lahve	ANO		Nabídka NA220351
20.	skříňka se 2 zásuvkami na výškově nastavitelný podvozek, přístup z čelní strany	ANO		Nabídka NA220351
21.	součástí dodávky musí být příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití	ANO		Nabídka NA220351
Bezpečnost				
22.	boční panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění pro zajištění volných rukou personálu při manipulaci	ANO		Nabídka NA220351
23.	velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce). Velikost matrace musí rozměrově odpovídat ložné ploše lůžka.	ANO		Nabídka NA220351
24.	výhřevné lůžko musí disponovat 4 pojezdovými kolečky, z toho minimálně 2 musejí být brzditelná	ANO	4x dvojitá kolečka s brzdou	Nabídka NA220351
Modularita a rozšiřitelnost				
25.	systém umožňující opční rozšíření o integrovanou elektronickou váhu a resuscitační příslušenství	ANO		Nabídka NA220351

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: 27.10.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat:

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: , jednatelka
IČ / DIČ: 28762886/CZ28762886

Příloha č. 6 ZD; Příloha B servisní smlouvy

CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky:

Interní ev. č.: VZ20/2022

Novorozenecká lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

1. Kritéria hodnocení

Účastník zadávacího řízení vyplní v souladu se zadávací dokumentací následující tabulku kritérií hodnocení v Kč.

Tabulka A) - dodávka přístrojů

a) Nabídková cena za 1 ks novorozeneckého resuscitačního lůžka

ID řádku	Předmět plnění	Obchodní název	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks přístroje bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Nabídková cena za 1 ks přístroje včetně DPH [Kč]
A1	Novorozenecké resuscitační lůžko (jednorázová dodávka)	BQ80	1		21		

b) Nabídková cena za 1 ks novorozeneckého vyhřívaného lůžka

ID řádku	Předmět plnění	Obchodní název	Počet kusů	Nabídková cena za 1 ks přístroje bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Nabídková cena za 1 ks přístroje včetně DPH [Kč]
A2	Novorozenecké vyhřívané lůžko (jednorázová dodávka)	Sunflower	1		21		

c) Celková nabídková cena za dodávku přístrojů

ID řádku	Předmět plnění	Počet kusů	Celková nabídková cena za oba přístroje bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Celková nabídková cena za oba přístroje včetně DPH [Kč]
A3	Novorozenecká lůžka (jednorázová dodávka)	2		21		

Uvedené ceny vyplní účastník do Přílohy č.1 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy – Dodávka přístrojů

Tabulka B)

a) Poskytování pozáručních servisních služeb – jednotkové ceny

ID řádku	Předmět plnění	Nabídková jednotková cena za servisní výkony bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Nabídková cena za servisní výkony včetně DPH [Kč]
B1a	Cena za 1 x BTK		21		
B2a	Cena za 1x výjezd technika		21		
B3a	Cena za 1 hodinu práce technika		21		

Výše uvedené ceny vyplní účastník do Přílohy č. 3 ZD – Návrh servisní smlouvy.

b) Poskytování pozáručních servisních služeb po dobu 6 let při předpokládaném množství BTK, výjezdů a práce technika

ID řádku	Předmět plnění	Nabídková cena za předpokládané množství servisních výkonů bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Nabídková cena za předpokládané množství servisních výkonů včetně DPH [Kč]
B1b	Cena za 12 (2x6) x BTK		21		
B2b	Cena za 20 výjezdů technika		21		
B3b	Cena za 30 hodin práce technika		21		

c) Celková nabídková cena za pozáruční servis po dobu 6 let

ID řádku	Předmět plnění	Celková nabídková cena za pozáruční servis bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Hodnota DPH [Kč]	Celková nabídková cena za pozáruční servis včetně DPH [Kč]
B3	Pozáruční servis		21		

Předmětem hodnocení bude:

Hodnotící kritéria		Hodnota	Váha kritéria
1.	Celková nabídková cena bez DPH [Kč]	„891.114,00“	100 %

Celková nabídková cena bez DPH [Kč] = (suma příslušných cen bez DPH z tabulek Ac) a Bc) – řádky A3 + B3

(A) Celková nabídková cena za dodávku přístrojů +

(B) Celková nabídková cena za pozáruční servis po dobu 6 let

Tato celková nabídková cena bez DPH bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 4 ZD).

Do Krycího listu nabídky bude uvedena celková hodnota bez DPH a celková nabídková cena s DPH vzniklé prostým součtem relevantních hodnot ve výše uvedených tabulkách Ac) a Bc).

Pokud účastník nevyplní tuto přílohu celou, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Datum: 27.10.2022

.....

jednatelka společnosti

DARTIN spol. s r.o., IČ: 40763781