

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále jen „Zadávací dokumentace“ či „ZD“)
do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané uzavřenou výzvou
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Název zakázky:

Evidenční číslo: VZ24/2022

Dvouramenné LED operační světlo pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Datum vyhlášení: 08. 12. 2022

Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:
„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“,
registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČO/DIČ: 28762886/CZ28762886

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Nela Gvoždiáková
jednatelka

Odpovědná osoba ve věcech technických: Mgr. Ondřej Zeman
biomedicínský technik

2. Druh veřejné zakázky

2.1. Dodávka zboží – dvouramenné LED operační světlo – 1 ks

Název	CPV kód
Chirurgická světla	33167000-8

Předpokládaná hodnota: 500 000,00 Kč bez DPH

2.2. Pozáruční servis

Název	CPV kód
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů	50421000-2

Předpokládaná hodnota: 90 000,00 Kč bez DPH (za dobu trvání pozáručního servisu, tj. 6 let)

3. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

- 3.1. Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účastníci jsou proto povinni při zpracování své nabídky postupovat nejen podle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, ale rovněž podle požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými předpisy.
- 3.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- 3.3. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 3.2. této ZD, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.
- 3.4. Písemná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

4. Vymezení předmětu zakázky

- 4.1. Předmětem zakázky je dodávka **1 ks dvouramenného LED operačního světla** včetně příslušenství, demontáže, odvozu a ekologické likvidace stávajícího operačního světla, dopravy, uvedení do provozu, instalace, provedení instruktáže dle zákona č. 89/2021 Sb.,

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 89/2021 Sb.“), a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem Kupní smlouvu.

- 4.2. Vybraný dodavatel provede na vlastní náklady zaměření, kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. Na základě výše uvedeného **zadavatel požaduje maximální kompatibilitu se stávajícími připojovacími parametry** (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.).
- 4.3. Předmětem zakázky je dále poskytování pozáručního servisu k dodanému zdravotnickému přístroji. Servisní služby budou zahrnovat všechny servisní zásahy, cestovné, bezpečnostně technické prohlídky dle z. č. 89/2021 Sb. (dále též „BTK“), případně preventivní prohlídky dle zákona a doporučení výrobce, včetně výměny dílů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny. Do ceny nebudou zahrnuty náhradní díly používané při opravách. Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem servisní smlouvu na dobu 72 měsíců (6 let) po skončení záruční doby dodaného přístroje.
- 4.4. Předmět plnění veřejné zakázky, včetně veškerých obchodních, dodacích, platebních, záručních, servisních a dalších podmínek je vymezen závazným návrhem Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
- 4.5. Předmět zakázky musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména z. č. 89/2021 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
- 4.6. Nabízené přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité.
- 4.7. **Technická specifikace předmětu plnění**
- Technická specifikace dodávky přístroje je uvedena v Technické specifikace předmětu plnění – příloha č. 2 ZD. Tato příloha, účastníkem řádně vyplněná, bude přílohou A Kupní smlouvy. V technické specifikaci předmětu plnění účastník vyplní všechna pole, která jsou žlutě podbarvena. **U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění**

požadovaného parametru, např. z technického listu, produktového listu, návodu k použití apod. předložených v rámci nabídky.

- Na základě kompletně vyplněné přílohy č. 2 ZD zadavatel provede posouzení nabídky, tj. posouzení, zda nabídka vyhovuje požadavkům zadávacích podmínek. Na vyznačeném místě technické specifikace předmětu plnění účastník doplní datum a podepíše prohlášení stvrzující, že všechny jím uvedené údaje v technické specifikaci plnění odpovídají nabízenému plnění.
- Zadavatel v souvislosti s uvedenými technickými požadavky obsahujícími názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.
- Není-li u podrobných technických parametrů jasně stanoven toleranční rozsah, je povolen toleranční rozsah $\pm 10\%$, s tím že musí být zachován uváděný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

4.8. Veřejná zakázka není dělena na části.

4.9. Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

4.10. Nesplnění některého z požadavků technické specifikace, jakožto i dalších požadavků zadávací dokumentace může vést k vyloučení účastníka.

4.11. Účastníci mohou podávat nabídku jen na celou zakázku.

4.12. Předmět plnění je spolufinancován z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306. Zadavatel je v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ oprávněn výběrové řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Typ plnění	Doba plnění
Dodávka přístroje	dodání do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy
Pozáruční servis	zahájení realizace: • po skončení záruční doby dodaného přístroje

	trvání realizace: dle podmínek servisní smlouvy po dobu 72 měsíců (6 let)
--	---

Místo plnění: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Pracoviště: centrální operační sály

6. Nabídková cena

6.1. Celková nabídková cena se bude skládat z (viz příloha č. 6 ZD – Cenová nabídka):

- ceny za dodávku přístroje,
- ceny za pozáruční servis po dobu 6 let, tj. součet cen za jednotlivé servisní výkony dle požadovaného členění.

Nabídková cena za dodávku přístroje bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací dodávky předmětu veřejné zakázky. V ceně bude zahrnuta dodávka přístroje včetně příslušenství, clo, balné a doprava na místo plnění, instalace, sestavení, zapojení a uvedení přístroje do provozu, provedení funkční zkoušky případně dalších testů ověřujících funkce přístroje, likvidace odpadu, instruktáž nebo zaškolení zaměstnanců, předání dokladů, které se k předmětu zakázky vztahují, záruční servis, a to včetně poskytování bezplatné údržby a servisu, pravidelných bezpečnostně technických kontrol dle z. č. 89/2021 Sb., preventivních kontrol, revizí, validací a kalibrací, pracovního výkonu, cestovného, použitého materiálu a náhradních dílů atd., a případné další náklady, jejichž vznik účastník předpokládá vzhledem ke specifickým charakteristikám jím dodávaného plnění v průběhu celé záruční doby.

Nabídková cena za pozáruční servis bude obsahovat cenu za 1 BTK, cenu za 1 výjezd a cenu za 1 hod. práce technika, které budou vynásobeny stanoveným předpokládaným množstvím BTK, výjezdů a práce technika za dobu 6 let. Nabídková cena za pozáruční servis nebude zahrnovat náhradní díly potřebné pro opravy přístroje v případě závady.

Nabídková cena za pozáruční servis v této skladbě bude zpracována do přílohy č. 6 „Cenová nabídka“. V návrhu servisní smlouvy budou uvedeny jednotkové ceny za jednotlivé servisní úkony.

6.2 Celková nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena v Krycím listu nabídky (příloha č. 4 ZD).

6.3. Nabídková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

- 6.4. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 6.5. Splatnost daňových dokladů 30 dnů ode dne jejich doručení.
- 6.6. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

7.1. Základní způsobilost

Účastník doloží v čestném prohlášení (podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat) uvedeném v příloze č. 5 této ZD.

7.2. Profesní způsobilost

Účastník ve své nabídce předloží Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů:

Splnění kvalifikačních předpokladů může účastník prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

7.3. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

- Účastník v rámci své nabídky předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
- Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti - oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky nesmí být starší 90 dní před podáním nabídky.
- Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Zadavatel akceptuje příbalové informace a případně další požadované dokumenty (katalogové listy, prohlášení o shodě, prohlášení o autorizaci od výrobce apod.) v originále, tj. anglickém nebo německém jazyce, doplněné o překlad do českého jazyka bez úředního překladu, tedy dokumenty předložené účastníkem v nabídce. Zadavatel může požádat účastníka před podpisem smlouvy o doručení ověřeného kopie cizojazyčného dokumentu a jeho autorizovaného překladu do českého jazyka.

8. Způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
- 8.2. Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel hodnotící kritérium – nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

Hodnotící kritéria	Váha kritéria
1. Celková nabídková bez DPH [Kč]	100 %

- 8.3. Účastník výběrového řízení vyplní pro účely hodnocení nabídky přílohu č. 6 ZD – Cenová nabídka. Na základě vyplněné přílohy č. 6 jednotlivých nabídek zadavatel stanoví celkové pořadí nabídek účastníků výběrového řízení.

9. Dodací, platební a obchodní podmínky

- 9.1. Veškeré obchodní, platební, dodací, záruční a sankční podmínky a další požadavky zadavatele jsou upraveny v závazných návrzích smluv (kupní a servisní), který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Dodavatel není oprávněn činit v návrzích smluv změny či doplnění vyjma údajů, u nichž vyplývá povinnost jejich doplnění.

10. Platnost nabídky

- 10.1. Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od jejího podání.

11. Zpracování nabídky

- 11.1. V případě zájmu o tuto veřejnou zakázku účastník podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 11.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje v termínu dne **20. 12. 2022 do 10:00 hodin**. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.
- 11.3. Nabídka musí být datována a na „Krycím listu“ (příloha č. 4 ZD) podepsána účastníkem, osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu účastníka v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, popř. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

11.4. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

11.5. Nabídka se skládá mj. z následujících dokumentů:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, e-mail), viz příloha č. 4 ZD;
- vyplněné návrhy smluv, příloha č. 1 a příloha č. 3 zadávací dokumentace, v písemné podobě, podepsané oprávněnou osobou;
- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, dle článku 7 této zadávací dokumentace;
- vyplněná příloha č. 2 „Technická specifikace předmětu plnění“ (u každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění požadovaného parametru dle bodu 4.6. této ZD);
- doklad o ohlášení činnosti distributora nabízeného zdravotnického prostředku ve smyslu § 23 z. č. 89/2021 Sb. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka výběrového řízení splněna;
- doklad o ohlášení činnosti osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 23 z. č. 89/2021 Sb. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka výběrového řízení splněna;
- doklad vystavený výrobcem o způsobilosti osoby provádějící instruktáž a školení zdravotnického prostředku v nemocnici Nymburk;
- kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (resp. pozáruční) servis;
- platné prohlášení o shodě (CE certifikát) nebo jejich kopii, vydaná dle evropské či národní legislativy.

12. Dodatečné informace

12.1. Zadavatel nebude s dodavateli jednat o nabídkách.

- 12.2. Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 12.3. Zadavatel prohlašuje, že při zadávání veřejné zakázky implementoval v souladu s platnou legislativou v přiměřené míře zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
- 12.4. V souladu s bodem 8.3.9. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 si zadavatel vyhrazuje možnost provést hodnocení nabídek před jejich posouzením a v takovém případě dojde k posouzení pouze té nabídky, která byla podána účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva.
- 12.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení či oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem, jakým uveřejnil výběrové řízení. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení, případně oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům řízení.
- 12.6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 12.7. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
- 12.8. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaložil na účast ve výběrovém řízení.
- 12.9. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném účastníkovi předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
- 12.10. Zadavatel si vyžádá od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši ceny dodaného přístroje dle kupní smlouvy bez DPH.
- 12.11. Veřejná zakázka je vypsána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 12.12. Zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci jsou pro účastníky závazné.
- 12.13. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- 12.14. Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- 12.15. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a odmítnout všechny předložené nabídky, a to ve formě zrušení této zakázky, a to i bez udání důvodu.
- 12.16. Účastník není oprávněn podmínit svou nabídku protinabídkou - typicky vlastními obchodními podmínkami.

13. Prohlídka místa plnění

- 13.1. Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebude prohlídka realizována.
Pro názornou představu uchycení stávajícího operačního světla v místnosti, typ a rozměry rozvodnice slouží obrazová příloha, které je součástí technické specifikace (viz příloha č. 2 ZD).

14. Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění vč. obrazové přílohy

Příloha č. 3 – Návrh servisní smlouvy

Příloha č. 4 – Krycí list nabídky

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základních kvalifikačních předpokladů

příloha č. 6 – Cenová nabídka