

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Kardiotokografický monitorovací systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Dne 18. 7. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Kardiotokografický monitorovací systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 3.2. ZD (tj. nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení č. 1 ze dne 18. 7. 2023:

„prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1. V zadávací dokumentaci u intrapartálních kardiotokografů zadavatel požaduje „Provoz z el. sítě nebo na baterii, min. 2 hodiny provozu na baterii, indikátor provozu na baterii“. Provoz kardiotokografů včetně instalované baterie je pro zadavatele v konečném důsledku nákladný, jak při vlastním pořízení, tak i provozně při výměnách baterií po skončení jejich životnosti. Kardiotokografy v rámci zdravotnických zařízení by měly být napájeny zdravotnickou izolovanou soustavou (ZIS) zálohovanou centrální UPS nebo dieselaagregátem. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů bez baterií?

2. V zadávací dokumentaci u telemetrických monitorovacích jednotek je uveden požadavek „Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 3 hodiny“. Naše telemetrické sondy nabízejí vyšší kapacitu pro monitorování přesahující požadovaných 8 hodin, ale také se déle nabíjejí. Bude zadavatel akceptovat nabídku s dobou nabíjení max. 6,5 hodiny?

3. V rámci položky centrální monitorovací systém pro kardiotokografy je uveden požadavek „Zobrazení všech sledovaných kardiotokografů na min. 24“ dotykovém displeji“. Pro práci s centrální monitorovací stanicí nepřináší dotykový displej žádné zásadní vylepšení, pouze zvyšuje pořizovací náklady. Umožní zadavatel nabídnout standardní min. 24“ displej?

4. V rámci položky centrální monitorovací systém pro kardiotokografy bychom rádi nabídli zadavateli moderní řešení na serverech ve virtuálním prostředí nemocnice zajišťující vysokou dostupnost systému. Je schopen zadavatel poskytnout virtuální server VMware se vzdáleným přístupem a diskové úložiště následujících parametrů?

- 4x vCPU@2.5GHz
- 16 GB RAM
- HDD 100 GB + 50 GB
- Síťový adaptér ve stejné VLAN jako připojené kardiotokografy
- OS MS Windows Server 2019 English
- 3x MS RDS CAL (per device) pro MS Windows Server 2019
- Archiv: sdílená síťová složka velikosti 10 GB s neomezeným přístupem ze serveru“

Zadavatel poskytuje následující odpověď:

K dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku CTG bez baterií.

Požadovaný technický parametr pod p. č. 18 v příloze č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“ původního znění „*Provoz z el. sítě nebo na baterii, min. 2 hodiny provozu na baterii, indikátor provozu na baterii*“ je upraven na aktuální znění „*Provoz z el. sítě*“.

K dotazu č. 2:

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabídku s dobou nabíjení telemetrických jednotek max. 6,5 hodiny.

K dotazu č. 3:

Ano, zadavatel umožní nabídnout standardní min. 24“ displej.

Požadovaný technický parametr pod p. č. 46 v příloze č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“ původního znění „*Zobrazení všech sledovaných kardiokardiografů na min. 24“ dotykovém displeji*“ je upraven na aktuální znění „*Zobrazení všech sledovaných kardiokardiografů na min. 24“ displeji*“.

K dotazu č. 4:

Ano, zadavatel je schopen poskytnout virtuální server VMware se vzdáleným přístupem a diskové úložiště uvedených parametrů.

Zadavatel nad rámec dotazu dodavatele upravuje zadávací podmínky v příloze č. 2 „Technická specifikace předmětu plnění“ a to následovně:

- technický parametr pod p. č. 1 původního znění „*Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor*“ upravuje na aktuální znění „*Intrapartální fetální monitor*“.
- technický parametr pod p. č. 11 původního znění „*Monitorování NIBP matky včetně příslušenství*“ se upravuje na aktuální znění „*Monitorování NIBP a SpO2 matky včetně příslušenství*“.

Závěr:

Provedené změny zadávacích podmínek, které se týkají přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“, která je ve smyslu těchto změn opravena. Tato příloha jsou součástí ZD a dodavatel je povinen ji přiložit vyplněnou jako součást své nabídky pouze v aktuálním znění, které zadavatel uveřejnil prostřednictvím el. nástroje E-ZAK s aktualizací k 19. 7. 2023“.

Vzhledem k povaze provedených změn v zadávací dokumentaci se zadavatel současně rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11.2. ZD o celou původní délku, a to **do 1. 8. 2023** do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – aktualizace k 19. 7. 2023

V Nymburce dne 19. 7. 2023

Bc. Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek