



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní na dodávky
Druh zadávacího řízení:	otevřené
Zadavatel:	Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo:	Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČO/DIČ:	28762886/CZ28762886

DOTAZ č. 1

V technické specifikaci v části „sací a irigační pumpa“ k parametru: Použitelné min. rozmezí průtoku pro hysteroskopie 25 – 500 l/min. Domníváme se, na základě povědomí o hodnotách použitelných rychlostí průtoků hysteroskopických pump, že se jedná o administrativní chybu a záměrem bylo uvést tuto hodnotu v ml/min?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, jedná se o administrativní chybu. Správná hodnota min. rozmezí průtoku pro hysteroskopie 25 – 500 ml/min.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona do **24. 8. 2023 do 12 hodin.**

V Nymburce dne 1. 8. 2023

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČ: 287 62 886 DIČ: CZ28762886

Tel.: 325 505 111, 325 505 264 ①

Mgr. Nela Kvačková, jednatelka

Příloha č. 1 – Upravená technická specifikace