



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Laboratorní vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o.**  
Druh veřejné zakázky: nadlimitní na dodávky  
Druh zadávacího řízení: otevřené  
Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.  
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk  
IČO/DIČ: 28762886/CZ28762886

### DOTAZ č. 1

Požadujete hloubku pracovní plochy 600 mm. Z provozních důvodů však bývá tato hloubka menší. Bylo by možné nabídnout box s hloubkou 580 mm?

#### ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, je možné nabídnout i box s hloubkou pracovní plochy 580 mm.

### DOTAZ č. 2

Požadujete hlučnost maximálně 56 dB. U takto velkých boxů je však hlučnost vyšší. Bylo by možné nabídnout box s hlučností 58 dB?

#### ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, je možné nabídnout i box hlučností 58 dB.

### DOTAZ č. 3

Požadujete vnitřní osvětlení minimálně 850 lx. Námí distribuovaný box má deklarováno vnitřní osvětlení více než 750 lx, což je na práci v boxu plně dostačující. Bylo by možné nabídnout box s takovou hodnotou vnitřního osvětlení?

#### ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, je možné nabídnout box s vnitřním osvětlením min. 750lx.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona do **4. 9. 2023 do 12 hodin**, a to pro všechny části veřejné zakázky.

V Nymburce dne (dle data el. podpisu)

.....  
Mgr. Nela Kvačková, jednatelka