

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Dne 15. 9. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „**Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o.**“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 3.2. ZD (tj. nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení č. 1 ze dne 15. 9. 2023:

„Dobrý den,

v příloze "P2 Technická specifikace" je u pultové myčky podložních mís v řádku 5 uveden požadavek: "Programy: minimálně 3 (úsporný, normální, intenzivní) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob". V řádku 6 je uveden požadavek: "Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 20 volných pozic".

Prosíme o vysvětlení, který z těchto požadavků platí.

V řádku 12 je uveden požadavek: "Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 60 l". Vzhledem k tomu, že je v zadání definována mycí kapacita myčky podložních (řádek 18: "Kapacita mytí min. 3 ks močové lahve nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umyvadlo Ø30-40 cm. Příslušné držáky součástí nabídky, nebo universální držák"), pokládáme požadavek na objem mycí komory za nadbytečný, protože kapacita je dostatečně vyjádřena v požadavku v řádku 18. Prosíme o vyjádření."

Zadavatel poskytuje následující odpověď:

V souvislosti s požadavky uvedenými pod p. č. 5 a 6 zadavatel uvádí, že platí oba požadavky, tj. zadavatel požaduje jak min. 3 standardní programy, tak i možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 20 volných pozic.

Zadavatel z požadavku pod p. č. 12 vypouští požadavek na objem mycí komory a požadavek tedy nově zní: „Celonerezová komora beze spár a svárů“.

Závěr:

Provedená změna zadávacích podmínek se týká přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“, která je ve smyslu této změny opravena. Tato příloha je součástí ZD a dodavatel je povinen ji přiložit vyplněnou jako součást své nabídky pouze v aktuálním znění, které zadavatel uveřejnil spolu s tímto dokumentem prostřednictvím el. nástroje E-ZAK s aktualizací k 18. 9. 2023“.

Shora uvedené nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – aktualizace k 18. 9. 2023

V Nymburce dne 18. 9. 2023

Bc. Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek