

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

Dne 20. 9. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „**Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o.**“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. 3.2. ZD (tj. nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přesné znění žádosti o vysvětlení č. 2 ze dne 20. 9. 2023:

„Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ u varianty volně stojící myčka podložních mís 3 ks, je v technické specifikaci uveden mj. požadavek u p.č. 24 „velikost přístroje o max. rozměrech š. 550 x h. 500 x v. 1650 mm.“ Standardní výška těchto volně stojících přístrojů je 1800 mm. Tato výška přístroje nemá žádný vliv na medicínský účel a naopak je obsluhujícím personálem sledována jako vhodnější z pohledu ergonomie využití, jelikož jsou podložní mísy či urinální láhve do mycího prostoru vkládány ve vhodnější výšce a díky tomu, se personál nemusí nad plnou mísu ohýbat a dostávat se tak do těsné vzdálenosti s obsahem.

Bude zadavatelem připuštěna nabídka výše popsaného přístroje, který splňuje veškeré ostatní požadavky a disponuje výškou do 1 800 mm?“

Zadavatel poskytuje následující odpověď:

Zadavatel **připouští výšku** volně stojící myčky podložních mís **do 1800 mm** a v tomto smyslu upravuje požadavek pod p. č. 24 v parametru *výška*, který v celém svém rozsahu nově zní: *Velikost přístroje: max. ŠxHxV: 550x500x1800 mm.*

Doplnění zadávací dokumentace ze strany zadavatele:

Zadavatel současně v rámci tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 2 **doplnil** do přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“ do tabulky Ostatní požadavky zadavatele **požadavek „Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících 4 ks myček podložních mís“**, který se stává součástí předmětu plnění a z toho důvodu byl doplněn rovněž do čl. I. odst. 1 Návrhu kupní smlouvy.

Závěr:

Provedené změny zadávacích podmínek se týkají přílohy č. 1 ZD „Návrh kupní smlouvy“ a přílohy č. 2 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“, které jsou ve smyslu těchto změn opraveny. Tyto přílohy jsou součástí ZD a dodavatel je povinen je přiložit vyplněné jako součást své nabídky pouze v aktuálním znění, které zadavatel uveřejnil spolu s tímto dokumentem prostřednictvím el. nástroje E-ZAK s aktualizací k 21. 9. 2023.

Vzhledem k povaze provedených změn v zadávací dokumentaci, a to i v souvislosti se změnou zadávacích podmínek v rámci Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 1 (odstranění požadavku na objem mycí komory min. 60 litrů), kdy měla být, avšak nebyla, prodloužena lhůta pro podání nabídek, se zadavatel **rozhodl prodloužit lhůtu** pro podání nabídek uvedenou v bodě 11.2. ZD o celou původní délku, a to **do 3. 10. 2023 do 10:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha č. 1 ZD – Návrh kupní smlouvy - aktualizace k 21. 9. 2023

Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění - aktualizace k 21. 9. 2023

V Nymburce dne 21. 9. 2023

Bc. Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek