

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Část: část 7. - Stříkačky injekční trojdílné pro inzulin U100 s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
nadlimitní otevřené řízení
dodávky

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 21.9.2023

Dobrý den

Mám dotaz ohledně VŘ „Dodávka injekčního materiálu pro nemocnici Nymburk s.r.o.“

Část 7. Inzulínky pevná jehla – V technické dokumentaci uvádíte normu ČSN EN ISO 8567.

V katalogu ČSN jsem na tuto normu nenašla. Nedošlo náhodou k překlepu? Můžete, mi prosím, potvrdit správnost této normy.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel informuje, že vzhledem k písařské chybě bylo v Příloze č. 1 – *Technická specifikace včetně cenové nabídky* v 7. části zadávacího řízení, nesprávně uvedena norma. Správná norma je **ČSN EN ISO 8537 – Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly**.

Zadavatel k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace dokládá upravenou Přílohu č. 1, ve které v listu pro 7. část upravil správné označení normy v řádku č. 25.

Dodavatel je při podání elektronické nabídky do této části povinen použít aktualizovanou přílohu č. 1, která je přílohou k tomuto vysvětlení.

INFORMACE ZADAVATELE

S ohledem na výše uvedené zadavatel v této části zadávacího řízení **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 18.10.2023 do 10:00 hodin.**

Příloha: Příloze č. 1 – Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace1

V Nymburce dne dle el. podpisu

Mgr. Nela Kvačková
jednatelka