

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

**Veřejná zakázka:** Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

**Část:** část 9. - Stříkačka injekční tuberkulínová trojdílná s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou  
nadlimitní otevřené řízení  
dodávky

**Název zadavatele:** Nemocnice Nymburk s.r.o.  
**Sídlo:** Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk  
**IČO / DIČ:** 28762886 / CZ28762886

### **DOTAZ Č. 1 ze dne 21.9.2023**

*Dobrý den*

*Mám dotaz ohledně VŘ „Dodávka injekčního materiálu pro nemocnici Nymburk s.r.o.“*

*Část 9. Tuberkulínky pevná jehla- Požadujete jehlu 0,5 x 16 mm 25G.*

*Budete akceptovat jehlu 29 G ?*

#### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE**

Ano, zadavatel bude akceptovat i „jehlu 29G“.

Zadavatel k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace dokládá upravenou Přílohu č. 1, ve které v listu pro 9. část upravil řádek č. 32 a doplnil textaci „nebo injekční jehla 29G, 05x16mm“.

**Dodavatel je při podání elektronické nabídky do této části povinen použít aktualizovanou přílohu č. 1, která je přílohou k tomuto vysvětlení.**

### **INFORMACE ZADAVATELE**

S ohledem na výše uvedené zadavatel v této části zadávacího řízení **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tj. do 30.10.2023 do 10:00 hodin.**

Příloha: Příloze č. 1 – Technická specifikace včetně cenové nabídky\_aktualizace1

V Nymburce dne dle el. podpisu

---

**Mgr. Nela Kvačková**  
jednatelka