

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

**Veřejná zakázka:** Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

**Část:** část 5: Stříkačky injekční trojdílné pro standardní jednorázové použití  
nadlimitní otevřené řízení  
dodávky

**Název zadavatele:** Nemocnice Nymburk s.r.o.  
**Sídlo:** Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk  
**IČO / DIČ:** 28762886 / CZ28762886

### **DOTAZ Č. 1 ze dne 2.10.2023**

Dobrý den,  
žádáme o vysvětlení ZD.  
Zadavatel v části 5 požaduje stříkačku o objemu 2ml Lear Lock, prosím o dotaz, zda bude akceptovat velikost 2,5 mm Lear Lock. Dále požaduje stříkačku o objemu 50ml Lear Lock, prosím o dotaz, zda bude akceptovat velikost 60ml Lear Lock.  
Děkujeme

### **ODPOVĚĚ ZADAVATELE**

Zadavatel upravuje Přílohu č. 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky v listu pro 5. část VZ následovně:

#### **Položka „P.č. 1“:**

Původní min. parametry: Stříkačka injekční 2ml  
Nové min. parametry: Stříkačka injekční 2 – 2,5ml

#### **Položka „P.č. 3“:**

Původní min. parametry: Stříkačka injekční 50ml  
Nové min. parametry: Stříkačka injekční 50 - 60ml

S ohledem na provedené změny zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci odst. 13.5., část 5. následovně:

Zadavatelem požadované vzorky (původně): Stříkačka injekční 50ml  
Zadavatelem požadované vzorky (nově): Stříkačka injekční 50 - 60ml

Zadavatel k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace dokládá upravenou Přílohu č. 1, ve které v listu pro 5. část upravil textaci popsanou výše v tomto vysvětlení.

**Dodavatel je při podání elektronické nabídky do této části povinen použít aktualizovanou přílohu č. 1, která je přílohou k tomuto vysvětlení.**

**DOTAZ Č. 2 ze dne 3.10.2023**

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o., část 5 a 10**“.

Mohl by zadavatel vyjmout z části 5: **Stříkačky injekční trojdílné pro standartní jednorázové použití** položku číslo 3: **Stříkačka injekční 50ml** a vyhlásit jí jako samostatnou část. To samé u části 10: **Stříkačky injekční trojdílné pro použití do lineárních dávkovačů** vyjmutím položky číslo 2: **Injekční stříkačka 50ml**?

Akceptoval by zadavatel rozdělení části 5 a 10 a vytvořil tak samostatné části s 50ml stříkačkami? Rozšířil by tak okruh možných uchazečů a získal tak výhodnější nabídku.

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE**

K dotazu týkající se 5. části tohoto zadávacího řízení se zadavatel rozhodl ponechat položku č. 3 s aktualizovaným názvem „*Stříkačka injekční 50 - 60ml*“ dle předchozí odpovědi v této části. Zadavatel tedy žádosti dodavatele nevyhovuje.

**INFORMACE ZADAVATELE**

S ohledem na dotaz č. 1 v této části zadávacího řízení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tj. do 6.11.2023 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně cenové nabídky\_aktualizace2

V Nymburce dne dle el. podpisu

---

**Mgr. Nela Kvačková**  
jednatelka